

Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971 Sexo Masculino
ID del paciente 10746271-6

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,26 mm

ACD: 3,59 mm

LT: 4,53 mm

WTW: 12,4 mm

SE: 39,92 D

ΔK: -1,79 D @ 4°

TSE: 39,94 D

ΔTK: -1,64 D @ 3°

SD: 8 μm

SD: 5 μm

SD: 13 μm

K1: 39,05 D @ 4°

K2: 40,84 D @ 94°

TK1: 39,14 D @ 3°

TK2: 40,78 D @ 93°

AL: 27,01 mm

ACD: 3,65 mm

LT: 4,45 mm

WTW: 12,4 mm

SE: 40,24 D

ΔK: -3,36 D @ 158°

TSE: 40,23 D

ΔTK: -3,23 D @ 157°

SD: 6 μm

SD: 5 μm

SD: 14 μm

K1: 38,63 D @ 158°

K2: 41,99 D @ 68°

TK1: 38,68 D @ 157°

TK2: 41,91 D @ 67°

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+15,00 -0,54

+14,50 -0,18

+14,00 +0,16

+13,50 +0,51

+13,00 +0,85

+14,24 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+15,00 -0,64

+14,50 -0,29

+14,00 +0,06

+13,50 +0,41

+13,00 +0,76

+14,09 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,69

+15,00 -0,34

+14,50 +0,01

+14,00 +0,36

+13,50 +0,70

+14,52 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,80

+15,00 -0,44

+14,50 -0,09

+14,00 +0,26

+13,50 +0,60

+14,37 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,78

+15,00 -0,43

+14,50 -0,08

+14,00 +0,26

+13,50 +0,60

+14,38 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,82

+15,00 -0,47

+14,50 -0,12

+14,00 +0,23

+13,50 +0,57

+14,33 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,58

+15,00 -0,23

+14,50 +0,11

+14,00 +0,45

+13,50 +0,79

+14,67 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,62

+15,00 -0,27

+14,50 +0,08

+14,00 +0,42

+13,50 +0,76

+14,61 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971 Sexo Masculino
ID del paciente 10746271-6

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 27,26 mm				SD: 8 µm				AL: 27,01 mm				SD: 6 µm			
ACD: 3,59 mm				SD: 5 µm				ACD: 3,65 mm				SD: 5 µm			
LT: 4,53 mm				SD: 13 µm				LT: 4,45 mm				SD: 14 µm			
WTW: 12,4 mm								WTW: 12,4 mm							
SE: 39,92 D				SD: 0,01 D				SE: 40,24 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -1,79 D @ 4°				K1: 39,05 D @ 4°				SE: 40,24 D				SD: 0,01 D			
				K2: 40,84 D @ 94°				ΔK: -3,36 D @ 158°				K1: 38,63 D @ 158°			
TSE: 39,94 D				SD: 0,02 D				TK1: 39,14 D @ 3°				K2: 41,99 D @ 68°			
ΔTK: -1,64 D @ 3°				TK2: 40,78 D @ 93°				TSE: 40,23 D				SD: 0,05 D			
								TK1: 38,68 D @ 157°				TK2: 41,91 D @ 67°			
								ΔTK: -3,23 D @ 157°							
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- SRK@/T -				- SRK@/T -				- SRK@/T -				- SRK@/T -			
Const. A: 119,20				Const. A: 119,20				Const. A: 119,20				Const. A: 119,20			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+15,50 -0,78				+15,50 -0,78				+15,50 -0,58				+15,50 -0,58			
+15,00 -0,43				+15,00 -0,43				+15,00 -0,23				+15,00 -0,23			
+14,50 -0,08				+14,50 -0,08				+14,50 +0,11				+14,50 +0,11			
+14,00 +0,26				+14,00 +0,26				+14,00 +0,45				+14,00 +0,45			
+13,50 +0,60				+13,50 +0,60				+13,50 +0,79				+13,50 +0,79			
+14,38 Emetropía				+14,38 Emetropía				+14,67 Emetropía				+14,67 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN				K JNJ ICB00 EYHANCE				K ALCON CLAREON TORIC CN				K JNJ ICB00 EYHANCE			
W0TX (2-9)				W0TX (2-9)				W0TX (2-9)				W0TX (2-9)			
- SRK@/T -				- SRK@/T -				- SRK@/T -				- SRK@/T -			
Const. A: 119,10				Const. A: 119,26				Const. A: 119,10				Const. A: 119,26			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+15,50 -0,84				+15,50 -0,75				+15,50 -0,63				+15,50 -0,54			
+15,00 -0,48				+15,00 -0,40				+15,00 -0,28				+15,00 -0,20			
+14,50 -0,13				+14,50 -0,05				+14,50 +0,06				+14,50 +0,15			
+14,00 +0,21				+14,00 +0,29				+14,00 +0,41				+14,00 +0,48			
+13,50 +0,55				+13,50 +0,63				+13,50 +0,74				+13,50 +0,82			
+14,31 Emetropía				+14,43 Emetropía				+14,59 Emetropía				+14,71 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971
ID del paciente 10746271-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.26 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 39.92 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,26 mm	SD: 8 µm	WTW: 12,4 mm	Ix: +0,5 mm	Iy: +0,0 mm
CCT: 529 µm	SD: 5 µm	P: 3,4 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 178°	
ACD: 3,59 mm	SD: 5 µm			
LT: 4,53 mm	SD: 13 µm			

SE: 39,92 D	SD: 0,01 D	TSE: 39,94 D	SD: 0,02 D
K1: 39,05 D @ 4°	SD: 0,03 D	TK1: 39,14 D @ 3°	SD: 0,01 D
K2: 40,84 D @ 94°	SD: 0,02 D	TK2: 40,78 D @ 93°	SD: 0,04 D
ΔK: -1,79 D @ 4°		ΔTK: -1,64 D @ 3°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971
ID del paciente 10746271-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 27.01 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro del ojo izquierdo -3.36 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,01 mm SD: 6 µm WTW: 12,4 mm lx: -0,4 mm ly: +0,3 mm
CCT: 542 µm SD: 3 µm P: 3,9 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 219°
ACD: 3,65 mm SD: 5 µm
LT: 4,45 mm SD: 14 µm

SE: 40,24 D	SD: 0,01 D	TSE: 40,23 D	SD: 0,05 D
K1: 38,63 D @ 158°	SD: 0,01 D	TK1: 38,68 D @ 157°	SD: 0,05 D
K2: 41,99 D @ 68°	SD: 0,02 D	TK2: 41,91 D @ 67°	SD: 0,07 D
ΔK: -3,36 D @ 158°		ΔTK: -3,23 D @ 157°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971 Sexo Masculino

ID del paciente 10746271-6

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024

de: Administrator

Resultado: Aceptar

Fecha de la medición: 02-07-2024

n: 1,3375

CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

SRK®/T

[OD]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

[OS]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.26 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 39.92 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 27.01 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Cilindro del ojo izquierdo -3.36 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

Firma

