

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 22,28 mm

SD: 8 μm

ACD: 2,38 mm

SD: 5 μm

LT: 4,82 mm

SD: 9 μm

WTW: 12,3 mm

SE: 42,93 D

SD: 0,02 D

ΔK: -1,01 D @ 168°

TSE: 43,08 D

SD: 0,02 D

ΔTK: -0,93 D @ 164°

K1: 42,43 D @ 168°

K2: 43,44 D @ 78°

TK1: 42,62 D @ 164°

TK2: 43,55 D @ 74°

AL: 22,37 mm

SD: 9 μm

ACD: 2,40 mm

SD: 9 μm

LT: 4,85 mm

SD: 15 μm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,04 D

SD: 0,01 D

ΔK: -1,18 D @ 172°

TSE: 43,22 D

SD: 0,02 D

ΔTK: -1,05 D @ 173°

K1: 42,46 D @ 172°

K2: 43,64 D @ 82°

TK1: 42,70 D @ 173°

TK2: 43,75 D @ 83°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+27,00

-0,80

+26,50

-0,44

+26,00

-0,08

+25,50

+0,28

+25,00

+0,63

+25,89

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+26,50

-0,66

+26,00

-0,30

+25,50

+0,06

+25,00

+0,42

+24,50

+0,77

+25,59

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+26,50

-0,74

+26,00

-0,38

+25,50

-0,02

+25,00

+0,33

+24,50

+0,68

+25,47

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+26,00

-0,60

+25,50

-0,24

+25,00

+0,12

+24,50

+0,48

+24,00

+0,83

+25,17

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+27,00

-0,57

+26,50

-0,21

+26,00

+0,14

+25,50

+0,49

+25,00

+0,84

+26,20

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+27,00

-0,65

+26,50

-0,29

+26,00

+0,07

+25,50

+0,42

+25,00

+0,76

+26,09

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+27,00

-0,87

+26,50

-0,52

+26,00

-0,16

+25,50

+0,19

+25,00

+0,54

+25,77

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+26,50

-0,59

+26,00

-0,24

+25,50

+0,12

+25,00

+0,46

+24,50

+0,81

+25,66

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 22,28 mm

SD: 8 µm

ACD: 2,38 mm

SD: 5 µm

LT: 4,82 mm

SD: 9 µm

WTW: 12,3 mm

SE: 42,93 D

SD: 0,02 D

ΔK: -1,01 D @168°

TSE: 43,08 D

SD: 0,02 D

ΔTK: -0,93 D @164°

K1: 42,43 D @168°

K2: 43,44 D @ 78°

TK1: 42,62 D @164°

TK2: 43,55 D @ 74°

AL: 22,37 mm

SD: 9 µm

ACD: 2,40 mm

SD: 9 µm

LT: 4,85 mm

SD: 15 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,04 D

SD: 0,01 D

ΔK: -1,18 D @172°

TSE: 43,22 D

SD: 0,02 D

ΔTK: -1,05 D @173°

K1: 42,46 D @172°

K2: 43,64 D @ 82°

TK1: 42,70 D @173°

TK2: 43,75 D @ 83°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,57

+26,50 -0,21

+26,00 +0,14

+25,50 +0,49

+25,00 +0,84

+26,20 Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,57

+26,50 -0,21

+26,00 +0,14

+25,50 +0,49

+25,00 +0,84

+26,20 Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,87

+26,50 -0,52

+26,00 -0,16

+25,50 +0,19

+25,00 +0,54

+25,77 Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,87

+26,50 -0,52

+26,00 -0,16

+25,50 +0,19

+25,00 +0,54

+25,77 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,68

+26,50 -0,32

+26,00 +0,03

+25,50 +0,39

+25,00 +0,73

+26,05 Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D) Ref (D)

+27,50 -0,86

+27,00 -0,50

+26,50 -0,14

+26,00 +0,21

+25,50 +0,55

+26,30 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D) Ref (D)

+26,50 -0,63

+26,00 -0,27

+25,50 +0,08

+25,00 +0,43

+24,50 +0,78

+25,62 Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D) Ref (D)

+27,00 -0,81

+26,50 -0,45

+26,00 -0,10

+25,50 +0,25

+25,00 +0,60

+25,86 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 10:21 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA


Fecha de nacim. 08-03-1969
ID del paciente 12097138-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 22,28 mm CCT: 571 µm ACD: 2,38 mm LT: 4,82 mm		SD: 8 µm SD: 4 µm SD: 5 µm SD: 9 µm WTW: 12,3 mm P: 5,6 mm Ix: +0,6 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 211°	
SE: 42,93 D K1: 42,43 D @ 168° K2: 43,44 D @ 78° ΔK: -1,01 D @ 168°		SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,04 D TSE: 43,08 D TK1: 42,62 D @ 164° TK2: 43,55 D @ 74° ΔTK: -0,93 D @ 164° SD: 0,02 D SD: 0,04 D SD: 0,03 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA


Fecha de nacim. 08-03-1969
ID del paciente 12097138-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis		OS izquierdo	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 22,37 mm SD: 9 µm		WTW: 12,2 mm lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm	
CCT: 572 µm SD: 4 µm		P: 5,8 mm CW-Chord: 0,4 mm @ 339°	
ACD: 2,40 mm SD: 9 µm			
LT: 4,85 mm SD: 15 µm			
SE: 43,04 D SD: 0,01 D		TSE: 43,22 D SD: 0,02 D	
K1: 42,46 D @ 172° SD: 0,02 D		TK1: 42,70 D @ 173° SD: 0,02 D	
K2: 43,64 D @ 82° SD: 0,02 D		TK2: 43,75 D @ 83° SD: 0,05 D	
ΔK: -1,18 D @ 172°		ΔTK: -1,05 D @ 173°	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved