

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.
[OS] Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo			
Estatus del ojo		Estatus del ojo		Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos		Valores biométricos		Valores biométricos		Valores biométricos	
AL: 22,28 mm ACD: 2,38 mm LT: 4,82 mm WTW: 12,3 mm SE: 42,93 D ΔK: -1,01 D @168° TSE: 43,08 D ΔTK: -0,93 D @164°		SD: 8 μm SD: 5 μm SD: 9 μm K1: 42,43 D @168° K2: 43,44 D @ 78° TK1: 42,62 D @164° TK2: 43,55 D @ 74°		AL: 22,37 mm ACD: 2,40 mm LT: 4,85 mm WTW: 12,2 mm SE: 43,04 D ΔK: -1,18 D @172° TSE: 43,22 D ΔTK: -1,05 D @173°		SD: 9 μm SD: 9 μm SD: 15 μm K1: 42,46 D @172° K2: 43,64 D @ 82° TK1: 42,70 D @173° TK2: 43,75 D @ 83°	
Alcon SN60WF - Hoffer® Q - pACD: +5,64 IOL (D) Ref (D) +27,50 -0,56 +27,00 -0,21 +26,50 +0,14 +26,00 +0,48 +25,50 +0,82 +26,70 Emetropía		Alcon SA60AT - Hoffer® Q - pACD: +5,44 IOL (D) Ref (D) +27,00 -0,58 +26,50 -0,22 +26,00 +0,13 +25,50 +0,48 +25,00 +0,83 +26,19 Emetropía		Alcon SN60WF - Hoffer® Q - pACD: +5,64 IOL (D) Ref (D) +27,00 -0,55 +26,50 -0,20 +26,00 +0,14 +25,50 +0,49 +25,00 +0,82 +26,21 Emetropía		Alcon SA60AT - Hoffer® Q - pACD: +5,44 IOL (D) Ref (D) +26,50 -0,56 +26,00 -0,21 +25,50 +0,14 +25,00 +0,49 +24,50 +0,83 +25,71 Emetropía	
Alcon AcrySof MA60AC - Hoffer® Q - pACD: +5,67 IOL (D) Ref (D) +28,00 -0,86 +27,50 -0,50 +27,00 -0,15 +26,50 +0,19 +26,00 +0,53 +26,78 Emetropía		JNJ ICB00 EYHANCE - Hoffer® Q - pACD: +5,77 IOL (D) Ref (D) +28,00 -0,67 +27,50 -0,32 +27,00 +0,03 +26,50 +0,37 +26,00 +0,71 +27,04 Emetropía		Alcon AcrySof MA60AC - Hoffer® Q - pACD: +5,67 IOL (D) Ref (D) +27,50 -0,85 +27,00 -0,50 +26,50 -0,15 +26,00 +0,20 +25,50 +0,54 +26,28 Emetropía		JNJ ICB00 EYHANCE - Hoffer® Q - pACD: +5,77 IOL (D) Ref (D) +27,50 -0,66 +27,00 -0,31 +26,50 +0,03 +26,00 +0,37 +25,50 +0,70 +26,54 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.
[OS] Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 22,28 mm ACD: 2,38 mm LT: 4,82 mm WTW: 12,3 mm				SD: 8 µm SD: 5 µm SD: 9 µm				AL: 22,37 mm ACD: 2,40 mm LT: 4,85 mm WTW: 12,2 mm				SD: 9 µm SD: 9 µm SD: 15 µm			
SE: 42,93 D ΔK: -1,01 D @168° TSE: 43,08 D ΔTK: -0,93 D @164°				SD: 0,02 D K1: 42,43 D @168° K2: 43,44 D @ 78° TK1: 42,62 D @164° TK2: 43,55 D @ 74°				SE: 43,04 D ΔK: -1,18 D @172° TSE: 43,22 D ΔTK: -1,05 D @173°				SD: 0,01 D K1: 42,46 D @172° K2: 43,64 D @ 82° TK1: 42,70 D @173° TK2: 43,75 D @ 83°			
K Alcon Panoptix TFNT00				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon Panoptix TFNT00				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Hoffer® Q - pACD: +5,64				- Hoffer® Q - pACD: +5,61				- Hoffer® Q - pACD: +5,64				- Hoffer® Q - pACD: +5,61			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+27,50 -0,56				+27,50 -0,62				+27,00 -0,55				+27,00 -0,61			
+27,00 -0,21				+27,00 -0,26				+26,50 -0,20				+26,50 -0,26			
+26,50 +0,14				+26,50 +0,09				+26,00 +0,14				+26,00 +0,09			
+26,00 +0,48				+26,00 +0,43				+25,50 +0,49				+25,50 +0,43			
+25,50 +0,82				+25,50 +0,77				+25,00 +0,82				+25,00 +0,77			
+26,70 Emetropía				+26,62 Emetropía				+26,21 Emetropía				+26,13 Emetropía			
K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY			
- Hoffer® Q - pACD: +5,81				- Hoffer® Q - pACD: +5,67				- Hoffer® Q - pACD: +5,81				- Hoffer® Q - pACD: +5,67			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+28,00 -0,59				+28,00 -0,86				+27,50 -0,59				+27,50 -0,85			
+27,50 -0,24				+27,50 -0,50				+27,00 -0,24				+27,00 -0,50			
+27,00 +0,10				+27,00 -0,15				+26,50 +0,10				+26,50 -0,15			
+26,50 +0,44				+26,50 +0,19				+26,00 +0,44				+26,00 +0,20			
+26,00 +0,78				+26,00 +0,53				+25,50 +0,77				+25,50 +0,54			
+27,15 Emetropía				+26,78 Emetropía				+26,65 Emetropía				+26,28 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA


Fecha de nacim. 08-03-1969
ID del paciente 12097138-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 22,28 mm CCT: 571 µm ACD: 2,38 mm LT: 4,82 mm		SD: 8 µm SD: 4 µm SD: 5 µm SD: 9 µm WTW: 12,3 mm P: 5,6 mm Ix: +0,6 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 211°	
SE: 42,93 D K1: 42,43 D @ 168° K2: 43,44 D @ 78° ΔK: -1,01 D @ 168°		SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,04 D TSE: 43,08 D TK1: 42,62 D @ 164° TK2: 43,55 D @ 74° ΔTK: -0,93 D @ 164° SD: 0,02 D SD: 0,04 D SD: 0,03 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

FUENTES RAMIREZ PAMELA

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Operator Administrator

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 22,37 mm	SD: 9 µm	WTW: 12,2 mm	lx: -0,6 mm	ly: +0,0 mm
CCT: 572 µm	SD: 4 µm	P: 5,8 mm	CW-Chord: 0,4 mm @ 339°	
ACD: 2,40 mm	SD: 9 µm			
LT: 4,85 mm	SD: 15 µm			

SE: 43,04 D		SD: 0,01 D		TSE: 43,22 D		SD: 0,02 D
K1: 42,46 D	@ 172°	SD: 0,02 D		TK1: 42,70 D	@ 173°	SD: 0,02 D
K2: 43,64 D	@ 82°	SD: 0,02 D		TK2: 43,75 D	@ 83°	SD: 0,05 D
ΔK: -1,18 D	@ 172°			ΔTK: -1,05 D	@ 173°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

