

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972 Sexo Masculino
ID del paciente 12567265'5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: LASIK
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: Miope
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: LASIK
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: Miope
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 28,08 mm
ACD: 3,64 mm
LT: 4,07 mm
WTW: 11,5 mm

SD: 8 μm
SD: 7 μm
SD: 10 μm

SE: 37,74 D
ΔK: -0,73 D @ 64°
TSE: 37,09 D
ΔTK: -0,72 D @ 65°

SD: 0,01 D
K1: 37,37 D @ 64°
SD: 0,02 D
TK1: 36,73 D @ 65°
K2: 38,11 D @ 154°
TK2: 37,45 D @ 155°

AL: 28,04 mm
ACD: 3,63 mm
LT: 4,08 mm
WTW: 11,6 mm

SD: 13 μm
SD: 6 μm
SD: 9 μm

SE: 37,68 D
ΔK: -0,39 D @ 115°
TSE: 36,94 D
ΔTK: -0,34 D @ 111°

SD: 0,02 D
K1: 37,49 D @ 115°
SD: 0,07 D
TK1: 36,77 D @ 111°
K2: 37,88 D @ 25°
TK2: 37,11 D @ 21°

K

Alcon SN60WF

- Barrett True-K -
LF: +1,88 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,50 -0,74
+18,00 -0,39
+17,50 -0,04
+17,00 +0,30
+16,50 +0,64
+17,44 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett True-K -
LF: +1,64 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,63
+17,50 -0,27
+17,00 +0,08
+16,50 +0,43
+16,00 +0,77
+17,12 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett True-K -
LF: +1,88 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,50 -0,61
+18,00 -0,26
+17,50 +0,09
+17,00 +0,43
+16,50 +0,77
+17,63 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett True-K -
LF: +1,64 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,50 -0,86
+18,00 -0,50
+17,50 -0,14
+17,00 +0,21
+16,50 +0,56
+17,30 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett True-K -
LF: +2,02 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+18,50 -0,60
+18,00 -0,25
+17,50 +0,09
+17,00 +0,43
+16,50 +0,76
+17,63 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett True-K -
LF: +2,02 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,50 -0,60
+18,00 -0,25
+17,50 +0,09
+17,00 +0,43
+16,50 +0,76
+17,63 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett True-K -
LF: +2,02 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+19,00 -0,82
+18,50 -0,47
+18,00 -0,12
+17,50 +0,22
+17,00 +0,56
+17,82 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett True-K -
LF: +2,02 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+19,00 -0,82
+18,50 -0,47
+18,00 -0,12
+17,50 +0,22
+17,00 +0,56
+17,82 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972 Sexo Masculino
ID del paciente 12567265'5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 28,08 mm

SD: 8 μm

ACD: 3,64 mm

SD: 7 μm

LT: 4,07 mm

SD: 10 μm

WTW: 11,5 mm

SE: 37,74 D

SD: 0,01 D

K1: 37,37 D @ 64°

ΔK: -0,73 D @ 64°

TK2: 38,11 D @ 154°

TSE: 37,09 D

SD: 0,02 D

TK1: 36,73 D @ 65°

ΔTK: -0,72 D @ 65°

AL: 28,04 mm

SD: 13 μm

ACD: 3,63 mm

SD: 6 μm

LT: 4,08 mm

SD: 9 μm

WTW: 11,6 mm

SE: 37,68 D

SD: 0,02 D

K1: 37,49 D @ 115°

ΔK: -0,39 D @ 115°

TK2: 37,88 D @ 25°

TSE: 36,94 D

SD: 0,07 D

TK1: 36,77 D @ 111°

ΔTK: -0,34 D @ 111°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett True-K -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,63

+18,00

-0,28

+17,50

+0,06

+17,00

+0,40

+16,50

+0,74

+17,59

Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett True-K -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,68

+18,00

-0,33

+17,50

+0,01

+17,00

+0,36

+16,50

+0,69

+17,52

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett True-K -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+19,00

-0,85

+18,50

-0,50

+18,00

-0,15

+17,50

+0,19

+17,00

+0,53

+17,78

Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett True-K -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,55

+18,00

-0,20

+17,50

+0,14

+17,00

+0,48

+16,50

+0,82

+17,71

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett True-K -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,63

+18,00

-0,28

+17,50

+0,06

+17,00

+0,40

+16,50

+0,74

+17,59

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett True-K -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,68

+18,00

-0,33

+17,50

+0,01

+17,00

+0,36

+16,50

+0,69

+17,52

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett True-K -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+19,00

-0,85

+18,50

-0,50

+18,00

-0,15

+17,50

+0,19

+17,00

+0,53

+17,78

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett True-K -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+18,50

-0,55

+18,00

-0,20

+17,50

+0,14

+17,00

+0,48

+16,50

+0,82

+17,71

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 13:19 por Administrator. Página 2 de 5

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024

de: Administrator

Resultado: Aceptar

Fecha de la medición: 02-07-2024

n: 1,3375

CVD: 12,00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 28.08 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.74 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: LASIK

Valores biométricos

AL: 28,08 mm	SD: 8 µm	WTW: 11,5 mm	Ix: +0,2 mm	Iy: +0,2 mm
CCT: 493 µm	SD: 4 µm	P: 5,5 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 268°	
ACD: 3,64 mm	SD: 7 µm			
LT: 4,07 mm	SD: 10 µm			

SE: 37,74 D	SD: 0,01 D	TSE: 37,09 D	SD: 0,02 D
K1: 37,37 D @ 64°	SD: 0,02 D	TK1: 36,73 D @ 65°	SD: 0,02 D
K2: 38,11 D @ 154°	SD: 0,02 D	TK2: 37,45 D @ 155°	SD: 0,01 D
ΔK: -0,73 D @ 64°		ΔTK: -0,72 D @ 65°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 28.04 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Radio de curvatura central del ojo izquierdo 37.68 D. - Nota: Curvatur a corneal muy plana.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: LASIK

Valores biométricos

AL: 28,04 mm SD: 13 µm WTW: 11,6 mm lx: -0,2 mm ly: +0,1 mm
CCT: 485 µm SD: 4 µm P: 4,5 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 221°
ACD: 3,63 mm SD: 6 µm
LT: 4,08 mm SD: 9 µm

SE: 37,68 D SD: 0,02 D TSE: 36,94 D SD: 0,07 D
K1: 37,49 D @ 115° SD: 0,03 D TK1: 36,77 D @ 111° SD: 0,10 D
K2: 37,88 D @ 25° SD: 0,02 D TK2: 37,11 D @ 21° SD: 0,04 D
ΔK: -0,39 D @ 115° ΔTK: -0,34 D @ 111°


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

Barrett Suite

[OD]

Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

[OS]

Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.08 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.74 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 28.04 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Radio de curvatura central del ojo izquierdo 37.68 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

Firma

