

Paciente

LOPEZ LOPEZ MAXIMO

Fecha de nacim. 30-06-1969 Sexo Masculino
ID del paciente 10968390-6
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 1.24 mm menor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 22,99 mm

ACD: 2,48 mm

LT: 4,61 mm

WTW: 11,8 mm

SE: 42,31 D

ΔK: -1,52 D @ 66°

TSE: 42,22 D

ΔTK: -1,40 D @ 69°

SD: 11 μm

SD: 12 μm

SD: 21 μm

K1: 41,56 D @ 66°

K2: 43,08 D @ 156°

TK1: 41,53 D @ 69°

TK2: 42,93 D @ 159°

AL: 24,23 mm

ACD: 2,79 mm

LT: 4,30 mm

WTW: 11,6 mm

SE: 42,26 D

ΔK: -0,82 D @ 162°

TSE: 42,24 D

ΔTK: -0,70 D @ 161°

SD: 8 μm

SD: 7 μm

SD: 14 μm

K1: 41,85 D @ 162°

K2: 42,67 D @ 72°

TK1: 41,89 D @ 161°

TK2: 42,59 D @ 71°

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+25,50 -0,65

+25,00 -0,29

+24,50 +0,08

+24,00 +0,44

+23,50 +0,79

+24,61 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+25,00 -0,59

+24,50 -0,21

+24,00 +0,15

+23,50 +0,52

+23,00 +0,87

+24,21 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+21,50 -0,64

+21,00 -0,29

+20,50 +0,07

+20,00 +0,42

+19,50 +0,76

+20,60 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,58

+20,50 -0,22

+20,00 +0,14

+19,50 +0,50

+19,00 +0,85

+20,20 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+26,00 -0,82

+25,50 -0,45

+25,00 -0,09

+24,50 +0,27

+24,00 +0,62

+24,87 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+26,00 -0,70

+25,50 -0,34

+25,00 +0,02

+24,50 +0,38

+24,00 +0,73

+25,03 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+22,00 -0,71

+21,50 -0,36

+21,00 -0,01

+20,50 +0,33

+20,00 +0,68

+20,98 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+22,00 -0,77

+21,50 -0,41

+21,00 -0,06

+20,50 +0,29

+20,00 +0,63

+20,91 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

LOPEZ LOPEZ MAXIMO

Fecha de nacim. 30-06-1969 Sexo Masculino
ID del paciente 10968390-6
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 1.24 mm menor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 22,99 mm				SD: 11 µm				AL: 24,23 mm				SD: 8 µm			
ACD: 2,48 mm				SD: 12 µm				ACD: 2,79 mm				SD: 7 µm			
LT: 4,61 mm				SD: 21 µm				LT: 4,30 mm				SD: 14 µm			
WTW: 11,8 mm								WTW: 11,6 mm							
SE: 42,31 D				SD: 0,01 D				SE: 42,26 D				SD: 0,02 D			
ΔK: -1,52 D @ 66°				K1: 41,56 D @ 66°				ΔK: -0,82 D @ 162°				K1: 41,85 D @ 162°			
				K2: 43,08 D @ 156°								K2: 42,67 D @ 72°			
TSE: 42,22 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,24 D				SD: 0,01 D			
ΔTK: -1,40 D @ 69°				TK1: 41,53 D @ 69°				ΔTK: -0,70 D @ 161°				TK1: 41,89 D @ 161°			
				TK2: 42,93 D @ 159°								TK2: 42,59 D @ 71°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+25,50 -0,55				+25,50 -0,88				+21,50 -0,73				+21,00 -0,59			
+25,00 -0,19				+25,00 -0,51				+21,00 -0,37				+20,50 -0,23			
+24,50 +0,17				+24,50 -0,14				+20,50 -0,01				+20,00 +0,13			
+24,00 +0,53				+24,00 +0,22				+20,00 +0,34				+19,50 +0,49			
+23,50 +0,88				+23,50 +0,58				+19,50 +0,69				+19,00 +0,84			
+24,74 Emetropía				+24,31 Emetropía				+20,49 Emetropía				+20,19 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+26,00 -0,73				+26,00 -0,73				+22,00 -0,79				+22,00 -0,89			
+25,50 -0,36				+25,50 -0,37				+21,50 -0,43				+21,50 -0,53			
+25,00 +0,00				+25,00 -0,01				+21,00 -0,08				+21,00 -0,17			
+24,50 +0,35				+24,50 +0,35				+20,50 +0,27				+20,50 +0,18			
+24,00 +0,70				+24,00 +0,70				+20,00 +0,61				+20,00 +0,52			
+24,99 Emetropía				+24,99 Emetropía				+20,89 Emetropía				+20,75 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

LOPEZ LOPEZ MAXIMO

Fecha de nacim. 30-06-1969
ID del paciente 10968390-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 1.24 mm menor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OD

derecho

OD

derecho

Analisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 22,99 mm SD: 11 µm WTW: 11,8 mm lx: +0,7 mm ly: -0,2 mm
CCT: 600 µm SD: 2 µm P: 3,0 mm CW-Chord: 0,8 mm @ 239°
ACD: 2,48 mm SD: 12 µm
LT: 4,61 mm SD: 21 µm

SE: 42,31 D SD: 0,01 D TSE: 42,22 D SD: 0,03 D
K1: 41,56 D @ 66° SD: 0,02 D TK1: 41,53 D @ 69° SD: 0,04 D
K2: 43,08 D @ 156° SD: 0,02 D TK2: 42,93 D @ 159° SD: 0,04 D
ΔK: -1,52 D @ 66° ΔTK: -1,40 D @ 69°

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

LOPEZ LOPEZ MAXIMO

Fecha de nacim. 30-06-1969
ID del paciente 10968390-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 1.24 mm menor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,23 mm SD: 8 µm WTW: 11,6 mm lx: -0,5 mm ly: +0,1 mm
CCT: 558 µm SD: 3 µm P: 3,8 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 302°
ACD: 2,79 mm SD: 7 µm
LT: 4,30 mm SD: 14 µm

SE: 42,26 D	SD: 0,02 D	TSE: 42,24 D	SD: 0,01 D
K1: 41,85 D @ 162°	SD: 0,02 D	TK1: 41,89 D @ 161°	SD: 0,02 D
K2: 42,67 D @ 72°	SD: 0,03 D	TK2: 42,59 D @ 71°	SD: 0,05 D
ΔK: -0,82 D @ 162°		ΔTK: -0,70 D @ 161°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

