

Paciente

ACUÑA DANERI ARTURO

Fecha de nacim. 23-11-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 4858294-K

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Seudofáquico

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,47 mm

ACD: 3,09 mm

LT: 4,79 mm

WTW: 12,2 mm

SD: 8 μm

SD: 5 μm

SD: 14 μm

SE: 43,28 D

ΔK: -0,41 D @ 96°

TSE: 43,42 D

ΔTK: -0,47 D @ 96°

SD: 0,02 D

SD: 0,04 D

K1: 43,07 D @ 96°

K2: 43,48 D @ 6°

TK1: 43,18 D @ 96°

TK2: 43,65 D @ 6°

AL: 23,52 mm

ACD: 4,77 mm (!)

LT: 0,66 mm (!)

WTW: 12,2 mm

SD: 9 μm

SD: 17 μm

SD: 63 μm

SE: 43,53 D

ΔK: -0,49 D @ 57°

TSE: 43,65 D

ΔTK: -0,51 D @ 65°

SD: 0,01 D

SD: 0,03 D

K1: 43,28 D @ 57°

K2: 43,77 D @ 147°

TK1: 43,40 D @ 65°

TK2: 43,91 D @ 155°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+22,50

-0,60

+22,00

-0,25

+21,50

+0,09

+21,00

+0,43

+20,50

+0,77

+21,63

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,79

+22,50

-0,43

+22,00

-0,08

+21,50

+0,27

+21,00

+0,62

+21,89

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+22,00

-0,55

+21,50

-0,21

+21,00

+0,13

+20,50

+0,47

+20,00

+0,80

+21,19

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,89

+22,50

-0,52

+22,00

-0,16

+21,50

+0,19

+21,00

+0,55

+21,77

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Holladay 2 -

ACD: +5,601

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,71

+22,50

-0,37

+22,00

-0,03

+21,50

+0,30

+21,00

+0,64

+21,96

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

ACUÑA DANERI ARTURO


Fecha de nacim. 23-11-1945
ID del paciente 4858294-K

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,47 mm		SD: 8 µm	WTW: 12,2 mm
CCT: 494 µm		SD: 4 µm	P: 3,7 mm
ACD: 3,09 mm		SD: 5 µm	lx: +0,5 mm ly: +0,2 mm
LT: 4,79 mm		SD: 14 µm	CW-Chord: 0,2 mm @ 183°
SE: 43,28 D		SD: 0,02 D	TSE: 43,42 D SD: 0,04 D
K1: 43,07 D @ 96°		SD: 0,03 D	TK1: 43,18 D @ 96° SD: 0,09 D
K2: 43,48 D @ 6°		SD: 0,04 D	TK2: 43,65 D @ 6° SD: 0,06 D
ΔK: -0,41 D @ 96°			ΔTK: -0,47 D @ 96°
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ACUÑA DANERI ARTURO

Fecha de nacim. 23-11-1945
ID del paciente 4858294-K

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024
Fecha de la medición: 04-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,52 mm
CCT: 502 µm
ACD: 4,77 mm (!)
LT: 0,66 mm (!)

SD: 9 µm
SD: 5 µm
SD: 17 µm
SD: 63 µm

WTW: 12,2 mm
P: 3,1 mm

lx: -0,4 mm
ly: +0,2 mm
CW-Chord: 0,1 mm @ 30°

SE: 43,53 D
K1: 43,28 D @ 57°
K2: 43,77 D @ 147°
ΔK: -0,49 D @ 57°

SD: 0,01 D
SD: 0,01 D
SD: 0,03 D

TSE: 43,65 D
TK1: 43,40 D @ 65°
TK2: 43,91 D @ 155°
ΔTK: -0,51 D @ 65°

SD: 0,03 D
SD: 0,09 D
SD: 0,03 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 04-07-2024 9:08 por Administrator. Página 3 de 3