

Paciente


ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO

Fecha de nacim. 28-11-1954 Sexo Masculino
ID del paciente 6363671-1

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		OS izquierdo	
Cálculo de IOL			
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos			
AL: 24,69 mm SD: 10 µm ACD: 3,21 mm SD: 6 µm LT: 4,79 mm SD: 10 µm WTW: 12,0 mm		AL: 24,85 mm SD: 9 µm ACD: 3,16 mm SD: 9 µm LT: 4,77 mm SD: 15 µm WTW: 12,2 mm	
SE: 41,01 D SD: 0,01 D K1: 40,62 D @ 68° ΔK: -0,80 D @ 68° K2: 41,42 D @ 158° TSE: 40,92 D SD: 0,01 D TK1: 40,51 D @ 73° ΔTK: -0,83 D @ 73° TK2: 41,34 D @ 163°		SE: 41,10 D SD: 0,03 D K1: 41,01 D @ 144° ΔK: -0,18 D @ 144° K2: 41,19 D @ 54° TSE: 41,03 D SD: 0,05 D TK1: 40,93 D @ 104° ΔTK: -0,19 D @ 104° TK2: 41,13 D @ 14°	
K Alcon SN60WF	K Alcon SA60AT	K Alcon SN60WF	K Alcon SA60AT
- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +22,00 -0,69 +21,50 -0,33 +21,00 +0,03 +20,50 +0,37 +20,00 +0,72 +21,04 Emetropía		- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +21,50 -0,64 +21,00 -0,28 +20,50 +0,08 +20,00 +0,44 +19,50 +0,79 +20,61 Emetropía	
- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +21,50 -0,80 +21,00 -0,44 +20,50 -0,09 +20,00 +0,26 +19,50 +0,61 +20,38 Emetropía		- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +21,00 -0,75 +20,50 -0,39 +20,00 -0,03 +19,50 +0,32 +19,00 +0,68 +19,96 Emetropía	
K JNJ ICB00 EYHANCE	K Alcon Toric SN6ATX(2-9)	K JNJ ICB00 EYHANCE	K Alcon Toric SN6ATX(2-9)
- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +22,50 -0,72 +22,00 -0,36 +21,50 -0,01 +21,00 +0,33 +20,50 +0,67 +21,48 Emetropía		- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +22,50 -0,83 +22,00 -0,47 +21,50 -0,12 +21,00 +0,23 +20,50 +0,57 +21,33 Emetropía	
- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +22,00 -0,82 +21,50 -0,47 +21,00 -0,12 +20,50 +0,22 +20,00 +0,56 +20,83 Emetropía		- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +21,50 -0,59 +21,00 -0,24 +20,50 +0,11 +20,00 +0,45 +19,50 +0,79 +20,66 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO

Fecha de nacim. 28-11-1954 Sexo Masculino
ID del paciente 6363671-1

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,69 mm				SD: 10 µm				AL: 24,85 mm				SD: 9 µm			
ACD: 3,21 mm				SD: 6 µm				ACD: 3,16 mm				SD: 9 µm			
LT: 4,79 mm				SD: 10 µm				LT: 4,77 mm				SD: 15 µm			
WTW: 12,0 mm								WTW: 12,2 mm							
SE: 41,01 D				SD: 0,01 D				SE: 41,10 D				SD: 0,03 D			
ΔK: -0,80 D @ 68°				K1: 40,62 D @ 68°				SE: 41,10 D				SD: 0,03 D			
				K2: 41,42 D @ 158°				ΔK: -0,18 D @ 144°				K1: 41,01 D @ 144°			
TSE: 40,92 D				SD: 0,01 D				TK1: 40,51 D @ 73°				K2: 41,19 D @ 54°			
ΔTK: -0,83 D @ 73°				TK1: 40,51 D @ 73°				TSE: 41,03 D				SD: 0,05 D			
				TK2: 41,34 D @ 163°				ΔTK: -0,19 D @ 104°				TK1: 40,93 D @ 104°			
								TK2: 41,13 D @ 14°							
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,83				+21,50 -0,61				+21,00 -0,60				+21,00 -0,76			
+21,50 -0,47				+21,00 -0,25				+20,50 -0,24				+20,50 -0,39			
+21,00 -0,11				+20,50 +0,11				+20,00 +0,12				+20,00 -0,03			
+20,50 +0,24				+20,00 +0,46				+19,50 +0,47				+19,50 +0,32			
+20,00 +0,59				+19,50 +0,81				+19,00 +0,81				+19,00 +0,68			
+20,85 Emetropía				+20,65 Emetropía				+20,16 Emetropía				+19,96 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,50 -0,85				+22,00 -0,70				+21,50 -0,61				+21,50 -0,81			
+22,00 -0,49				+21,50 -0,35				+21,00 -0,26				+21,00 -0,45			
+21,50 -0,14				+21,00 +0,01				+20,50 +0,09				+20,50 -0,09			
+21,00 +0,21				+20,50 +0,36				+20,00 +0,43				+20,00 +0,26			
+20,50 +0,55				+20,00 +0,70				+19,50 +0,78				+19,50 +0,60			
+21,30 Emetropía				+21,01 Emetropía				+20,63 Emetropía				+20,37 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO


Fecha de nacim. 28-11-1954
ID del paciente 6363671-1

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 24,69 mm CCT: 551 µm ACD: 3,21 mm LT: 4,79 mm		SD: 10 µm SD: 4 µm SD: 6 µm SD: 10 µm	
WTW: 12,0 mm P: 4,0 mm		Ix: +0,5 mm ly: +0,3 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 219°	
SE: 41,01 D K1: 40,62 D @ 68° K2: 41,42 D @ 158° ΔK: -0,80 D @ 68°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,01 D	
TSE: 40,92 D TK1: 40,51 D @ 73° TK2: 41,34 D @ 163° ΔTK: -0,83 D @ 73°		SD: 0,01 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente


ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO

Fecha de nacim. 28-11-1954
ID del paciente 6363671-1

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900Fecha verif. calibración: 04-07-2024
Fecha de la medición: 04-07-2024de: Administrator
n: 1,3375Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 24,85 mm	SD: 9 µm	WTW: 12,2 mm	Ix: -0,6 mm	Iy: +0,4 mm
CCT: 549 µm	SD: 3 µm	P: 4,5 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 319°	
ACD: 3,16 mm	SD: 9 µm			
LT: 4,77 mm	SD: 15 µm			

SE: 41,10 D	SD: 0,03 D	TSE: 41,03 D	SD: 0,05 D
K1: 41,01 D @ 144°	SD: 0,03 D	TK1: 40,93 D @ 104°	SD: 0,02 D
K2: 41,19 D @ 54°	SD: 0,04 D	TK2: 41,13 D @ 14°	SD: 0,09 D
ΔK: -0,18 D @ 144°		ΔTK: -0,19 D @ 104°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

