

Paciente


ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO

Fecha de nacim. 28-11-1954 Sexo Masculino
ID del paciente 6363671-1

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS			
derecho								izquierdo			
Estatus del ojo											
LS: Fáquica		VS: Humor vítreo		LS: Fáquica		VS: Humor vítreo					
Ref: ---		VA: ---		Ref: ---		VA: ---					
LVC: No tratado		Modo LVC: -		LVC: No tratado		Modo LVC: -					
Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°		Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°					
Valores biométricos											
AL: 24,69 mm		SD: 10 µm		AL: 24,85 mm		SD: 9 µm					
ACD: 3,21 mm		SD: 6 µm		ACD: 3,16 mm		SD: 9 µm					
LT: 4,79 mm		SD: 10 µm		LT: 4,77 mm		SD: 15 µm					
WTW: 12,0 mm				WTW: 12,2 mm							
SE: 41,01 D		SD: 0,01 D		SE: 41,10 D		SD: 0,03 D		K1: 41,01 D		@ 144°	
ΔK: -0,80 D @ 68°				ΔK: -0,18 D @ 144°				K2: 41,19 D		@ 54°	
TSE: 40,92 D		SD: 0,01 D		TSE: 41,03 D		SD: 0,05 D		TK1: 40,93 D		@ 104°	
ΔTK: -0,83 D @ 73°				ΔTK: -0,19 D @ 104°				TK2: 41,13 D		@ 14°	
K	Alcon SN60WF			K	Alcon SA60AT			K	Alcon SN60WF		
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0				LF: +1,88 DF: +5,0			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+21,50		-0,66		+21,00		-0,61		+21,00		-0,72	
+21,00		-0,30		+20,50		-0,24		+20,50		-0,36	
+20,50		+0,06		+20,00		+0,13		+20,00		+0,00	
+20,00		+0,42		+19,50		+0,49		+19,50		+0,36	
+19,50		+0,77		+19,00		+0,84		+19,00		+0,71	
+20,59		Emetropía		+20,17		Emetropía		+20,00		Emetropía	
K	JNJ ICB00 EYHANCE			K	Alcon Toric SN6ATX(2-9)			K	JNJ ICB00 EYHANCE		
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: Estándar			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+22,00		-0,84		+22,00		-0,84		+21,00		-0,54	
+21,50		-0,48		+21,50		-0,48		+20,50		-0,18	
+21,00		-0,12		+21,00		-0,12		+20,00		+0,17	
+20,50		+0,24		+20,50		+0,24		+19,50		+0,52	
+20,00		+0,59		+20,00		+0,59		+19,00		+0,87	
+20,84		Emetropía		+20,84		Emetropía		+20,25		Emetropía	
K	Alcon Toric SN6ATX(2-9)			K	Alcon Toric SN6ATX(2-9)			K	Alcon Toric SN6ATX(2-9)		
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: +5,0			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+21,00		-0,54		+21,00		-0,54		+21,00		-0,54	
+20,50		-0,18		+21,50		-0,48		+20,50		-0,18	
+20,00		+0,17		+21,00		-0,12		+20,00		+0,17	
+19,50		+0,52		+20,50		+0,24		+19,50		+0,52	
+19,00		+0,87		+20,00		+0,59		+19,00		+0,87	
+20,25		Emetropía		+20,84		Emetropía		+20,25		Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO

Fecha de nacim. 28-11-1954 Sexo Masculino
ID del paciente 6363671-1

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		OS izquierdo	
Cálculo de IOL			
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos			
AL: 24,69 mm SD: 10 µm ACD: 3,21 mm SD: 6 µm LT: 4,79 mm SD: 10 µm WTW: 12,0 mm		AL: 24,85 mm SD: 9 µm ACD: 3,16 mm SD: 9 µm LT: 4,77 mm SD: 15 µm WTW: 12,2 mm	
SE: 41,01 D SD: 0,01 D K1: 40,62 D @ 68° ΔK: -0,80 D @ 68° K2: 41,42 D @ 158° TSE: 40,92 D SD: 0,01 D TK1: 40,51 D @ 73° ΔTK: -0,83 D @ 73° TK2: 41,34 D @ 163°		SE: 41,10 D SD: 0,03 D K1: 41,01 D @ 144° ΔK: -0,18 D @ 144° K2: 41,19 D @ 54° TSE: 41,03 D SD: 0,05 D TK1: 40,93 D @ 104° ΔTK: -0,19 D @ 104° TK2: 41,13 D @ 14°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0	K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +22,00 -0,88 +21,50 -0,52 +21,00 -0,16 +20,50 +0,20 +20,00 +0,55 +20,78 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,50 -0,58 +21,00 -0,22 +20,50 +0,14 +20,00 +0,49 +19,50 +0,84 +20,70 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,00 -0,58 +20,50 -0,22 +20,00 +0,13 +19,50 +0,48 +19,00 +0,83 +20,19 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,00 -0,65 +20,50 -0,28 +20,00 +0,07 +19,50 +0,43 +19,00 +0,78 +20,11 Emetropía
K Alcon AcrySof MA60AC	K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	K Alcon AcrySof MA60AC	K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +22,00 -0,88 +21,50 -0,52 +21,00 -0,15 +20,50 +0,20 +20,00 +0,56 +20,78 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,50 -0,58 +21,00 -0,22 +20,50 +0,14 +20,00 +0,49 +19,50 +0,84 +20,70 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,00 -0,58 +20,50 -0,22 +20,00 +0,14 +19,50 +0,49 +19,00 +0,83 +20,19 Emetropía	- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +21,00 -0,65 +20,50 -0,28 +20,00 +0,07 +19,50 +0,43 +19,00 +0,78 +20,11 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO


Fecha de nacim. 28-11-1954
ID del paciente 6363671-1

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 24,69 mm	SD: 10 µm	WTW: 12,0 mm	lx: +0,5 mm ly: +0,3 mm
CCT: 551 µm	SD: 4 µm	P: 4,0 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 219°
ACD: 3,21 mm	SD: 6 µm		
LT: 4,79 mm	SD: 10 µm		
SE: 41,01 D	SD: 0,01 D	TSE: 40,92 D	SD: 0,01 D
K1: 40,62 D @ 68°	SD: 0,01 D	TK1: 40,51 D @ 73°	SD: 0,04 D
K2: 41,42 D @ 158°	SD: 0,01 D	TK2: 41,34 D @ 163°	SD: 0,04 D
ΔK: -0,80 D @ 68°		ΔTK: -0,83 D @ 73°	
Scan B			
Queratometría	Blanco a blanco	Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ABRAHAM RIFFO JOSE ANTONIO


Fecha de nacim. 28-11-1954
ID del paciente 6363671-1

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis		OS izquierdo	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 24,85 mm SD: 9 µm		WTW: 12,2 mm lx: -0,6 mm ly: +0,4 mm	
CCT: 549 µm SD: 3 µm		P: 4,5 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 319°	
ACD: 3,16 mm SD: 9 µm			
LT: 4,77 mm SD: 15 µm			
SE: 41,10 D SD: 0,03 D		TSE: 41,03 D SD: 0,05 D	
K1: 41,01 D @ 144° SD: 0,03 D		TK1: 40,93 D @ 104° SD: 0,02 D	
K2: 41,19 D @ 54° SD: 0,04 D		TK2: 41,13 D @ 14° SD: 0,09 D	
ΔK: -0,18 D @ 144°		ΔTK: -0,19 D @ 104°	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved