

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ

Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,67 mm
ACD: 3,10 mm
LT: 4,62 mm
WTW: 12,5 mm

SD: 4 µm
SD: 5 µm
SD: 8 µm

SE: 41,43 D
ΔK: -0,33 D @ 50°
TSE: 41,59 D
ΔTK: -0,26 D @ 53°

SD: 0,01 D
K1: 41,26 D @ 50°
SD: 0,02 D
TK1: 41,46 D @ 53°
K2: 41,59 D @ 140°
TK2: 41,72 D @ 143°

AL: 23,86 mm
ACD: 3,19 mm
LT: 4,57 mm
WTW: 12,6 mm

SD: 5 µm
SD: 11 µm
SD: 16 µm

SE: 41,32 D
ΔK: -1,27 D @ 117°
TSE: 41,49 D
ΔTK: -1,41 D @ 115°

SD: 0,00 D
K1: 40,69 D @ 117°
SD: 0,05 D
TK1: 40,80 D @ 115°
K2: 41,96 D @ 27°
TK2: 42,21 D @ 25°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -
Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,74

+23,50

-0,38

+23,00

-0,03

+22,50

+0,33

+22,00

+0,68

+22,96

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -
Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,57

+23,00

-0,21

+22,50

+0,15

+22,00

+0,50

+21,50

+0,85

+22,71

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -
Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,72

+23,00

-0,36

+22,50

+0,00

+22,00

+0,35

+21,50

+0,70

+22,50

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -
Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,54

+22,50

-0,18

+22,00

+0,18

+21,50

+0,53

+21,00

+0,88

+22,25

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,55

+23,50

-0,19

+23,00

+0,16

+22,50

+0,50

+22,00

+0,85

+23,22

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -
Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,62

+23,50

-0,26

+23,00

+0,09

+22,50

+0,44

+22,00

+0,79

+23,13

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,53

+23,00

-0,18

+22,50

+0,17

+22,00

+0,52

+21,50

+0,86

+22,75

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -
Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,60

+23,00

-0,24

+22,50

+0,11

+22,00

+0,46

+21,50

+0,80

+22,66

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 04-07-2024 9:25 por Administrator. Página 1 de 4

Fecha de nacim.	21-06-1963
ID del paciente	8835971-2

Sexo Femenino

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon

Operator Administrator

Fecha verif. calibración: 04-07-2024
Fecha de la medición: 04-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo			
Estatus del ojo							
LS: Fáquica		VS: Humor vítreo		LS: Fáquica		VS: Humor vítreo	
Ref: ---		VA: ---		Ref: ---		VA: ---	
LVC: No tratado		Modo LVC: -		LVC: No tratado		Modo LVC: -	
Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°		Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos							
AL: 23,67 mm		SD: 4 μm		AL: 23,86 mm		SD: 5 μm	
ACD: 3,10 mm		SD: 5 μm		ACD: 3,19 mm		SD: 11 μm	
LT: 4,62 mm		SD: 8 μm		LT: 4,57 mm		SD: 16 μm	
WTW: 12,5 mm				WTW: 12,6 mm			
SE: 41,43 D		SD: 0,01 D		SE: 41,32 D		SD: 0,00 D	
K1: 41,26 D @ 50°				K1: 40,69 D @ 117°			
ΔK: -0,33 D @ 50°		K2: 41,59 D @ 140°		ΔK: -1,27 D @ 117°		K2: 41,96 D @ 27°	
TSE: 41,59 D		SD: 0,02 D		TSE: 41,49 D		SD: 0,05 D	
TK1: 41,46 D @ 53°				TK1: 40,80 D @ 115°			
ΔTK: -0,26 D @ 53°		TK2: 41,72 D @ 143°		ΔTK: -1,41 D @ 115°		TK2: 42,21 D @ 25°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)	
- SRK®/T -		- SRK®/T -		- SRK®/T -		- SRK®/T -	
Const. A: 119,20		Const. A: 119,20		Const. A: 119,20		Const. A: 119,20	
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+24,00		-0,55		+23,50		-0,53	
+23,50		-0,19		+23,00		-0,18	
+23,00		+0,16		+22,50		+0,17	
+22,50		+0,50		+22,00		+0,52	
+22,00		+0,85		+21,50		+0,86	
+23,22		Emetropía		+22,75		Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN		K JNJ ICB00 EYHANCE	
W0TX (2-9)				W0TX (2-9)			
- SRK®/T -		- SRK®/T -		- SRK®/T -		- SRK®/T -	
Const. A: 119,10		Const. A: 119,26		Const. A: 119,10		Const. A: 119,26	
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+24,00		-0,65		+23,50		-0,62	
+23,50		-0,29		+23,00		-0,27	
+23,00		+0,07		+22,50		+0,09	
+22,50		+0,42		+22,00		+0,43	
+22,00		+0,76		+21,50		+0,78	
+23,09		Emetropía		+22,62		Emetropía	

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ


Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 23,67 mm	SD: 4 µm	WTW: 12,5 mm	lx: +0,6 mm ly: +0,2 mm
CCT: 510 µm	SD: 4 µm	P: 4,3 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 185°
ACD: 3,10 mm	SD: 5 µm		
LT: 4,62 mm	SD: 8 µm		
SE: 41,43 D	SD: 0,01 D	TSE: 41,59 D	SD: 0,02 D
K1: 41,26 D @ 50°	SD: 0,01 D	TK1: 41,46 D @ 53°	SD: 0,02 D
K2: 41,59 D @ 140°	SD: 0,01 D	TK2: 41,72 D @ 143°	SD: 0,05 D
ΔK: -0,33 D @ 50°		ΔTK: -0,26 D @ 53°	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ


Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,86 mm		SD: 5 µm	WTW: 12,6 mm	lx: -0,6 mm ly: +0,1 mm
CCT: 520 µm		SD: 3 µm	P: 4,4 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 21°
ACD: 3,19 mm		SD: 11 µm		
LT: 4,57 mm		SD: 16 µm		
SE: 41,32 D		SD: 0,00 D	TSE: 41,49 D SD: 0,05 D	
K1: 40,69 D @ 117°		SD: 0,01 D	TK1: 40,80 D @ 115° SD: 0,05 D	
K2: 41,96 D @ 27°		SD: 0,01 D	TK2: 42,21 D @ 25° SD: 0,05 D	
ΔK: -1,27 D @ 117°			ΔTK: -1,41 D @ 115°	
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved