

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!)
ACD: 3,25 mm
LT: 5,16 mm
WTW: 11,4 mm

SD: 25 µm
SD: 7 µm
SD: 10 µm

SE: 44,09 D
ΔK: -3,85 D @ 114°
TSE: 44,10 D
ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°
SD: 0,02 D
TK1: 42,13 D @ 113°
SD: 0,02 D
TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm
ACD: 2,94 mm
LT: 5,22 mm
WTW: 11,5 mm

SD: 11 µm
SD: 5 µm
SD: 17 µm

SE: 43,75 D
ΔK: -1,74 D @ 72°
TSE: 43,79 D
ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°
SD: 0,02 D
K2: 44,64 D @ 162°
SD: 0,02 D
TK1: 42,86 D @ 74°
SD: 0,02 D
TK2: 44,76 D @ 164°

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -
LF: +1,88 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,62
+8,00 -0,31
+7,50 +0,00
+7,00 +0,31
+6,50 +0,61
+7,50 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -
LF: +1,64 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,74
+8,00 -0,42
+7,50 -0,10
+7,00 +0,21
+6,50 +0,52
+7,34 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -
LF: +1,88 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,82
+17,50 -0,47
+17,00 -0,12
+16,50 +0,22
+16,00 +0,55
+16,82 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -
LF: +1,64 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+17,50 -0,73
+17,00 -0,38
+16,50 -0,03
+16,00 +0,32
+15,50 +0,66
+16,46 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -
LF: +2,02 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,56
+8,00 -0,25
+7,50 +0,06
+7,00 +0,36
+6,50 +0,66
+7,59 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -
LF: +2,02 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,56
+8,00 -0,25
+7,50 +0,06
+7,00 +0,36
+6,50 +0,66
+7,59 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -
LF: +2,02 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,66
+17,50 -0,32
+17,00 +0,02
+16,50 +0,36
+16,00 +0,69
+17,03 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -
LF: +2,02 DF: +5,0
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,66
+17,50 -0,32
+17,00 +0,02
+16,50 +0,36
+16,00 +0,69
+17,03 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 10:10 por Administrator. Página 1 de 5

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon

Operador **Administrator**

Fecha verif. calibración: 02-07-2024

de: Administrator

Resultado: Aceptar

Fecha de la medición: 02-07-2024

n: 1,3375

CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo			
👁️				👁️			
Estatus del ojo							
LS: Fáquica		VS: Humor vítreo		LS: Fáquica		VS: Humor vítreo	
Ref: ---		VA: ---		Ref: ---		VA: ---	
LVC: No tratado		Modo LVC: -		LVC: No tratado		Modo LVC: -	
Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°		Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos							
AL: 27,81 mm (!)		SD: 25 µm		AL: 24,78 mm		SD: 11 µm	
ACD: 3,25 mm		SD: 7 µm		ACD: 2,94 mm		SD: 5 µm	
LT: 5,16 mm		SD: 10 µm		LT: 5,22 mm		SD: 17 µm	
WTW: 11,4 mm				WTW: 11,5 mm			
SE: 44,09 D		SD: 0,02 D		SE: 43,75 D		SD: 0,02 D	
K1: 42,25 D @ 114°				K1: 42,89 D @ 72°			
ΔK: -3,85 D @ 114°		K2: 46,10 D @ 24°		ΔK: -1,74 D @ 72°		K2: 44,64 D @ 162°	
TSE: 44,10 D		SD: 0,02 D		TSE: 43,79 D		SD: 0,02 D	
TK1: 42,13 D @ 113°				TK1: 42,86 D @ 74°			
ΔTK: -4,12 D @ 113°		TK2: 46,25 D @ 23°		ΔTK: -1,90 D @ 74°		TK2: 44,76 D @ 164°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0	
- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -	
LF: +1,99 DF: Estándar		LF: +1,94 DF: Estándar		LF: +1,99 DF: Estándar		LF: +1,94 DF: Estándar	
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
---		---		---		---	
---		---		---		---	
---		---		---		---	
---		---		---		---	
---		---		---		---	
+7,57		Emetropía		+16,99		Emetropía	
K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	
- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -		- Barrett Universal II -	
LF: +1,99 DF: Estándar		LF: +1,94 DF: Estándar		LF: +1,99 DF: Estándar		LF: +1,94 DF: Estándar	
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+8,50		-0,57		+8,50		-0,60	
+8,00		-0,26		+8,00		-0,28	
+7,50		+0,04		+8,00		-0,28	
+7,00		+0,35		+7,50		+0,02	
+6,50		+0,65		+7,00		+0,33	
+7,57		Emetropía		+6,50		+0,63	
				+7,54		Emetropía	

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!) SD: 25 µm WTW: 11,4 mm lx: +0,4 mm ly: +0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 4 µm P: 2,4 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 178°
ACD: 3,25 mm SD: 7 µm
LT: 5,16 mm SD: 10 µm

SE: 44,09 D	SD: 0,02 D	TSE: 44,10 D	SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°	SD: 0,04 D	TK1: 42,13 D @ 113°	SD: 0,04 D
K2: 46,10 D @ 24°	SD: 0,02 D	TK2: 46,25 D @ 23°	SD: 0,01 D
ΔK: -3,85 D @ 114°		ΔTK: -4,12 D @ 113°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,78 mm SD: 11 µm WTW: 11,5 mm lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm
CCT: 612 µm SD: 3 µm P: 2,9 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 28°
ACD: 2,94 mm SD: 5 µm
LT: 5,22 mm SD: 17 µm

SE: 43,75 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,79 D	SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°	SD: 0,05 D	TK1: 42,86 D @ 74°	SD: 0,03 D
K2: 44,64 D @ 162°	SD: 0,03 D	TK2: 44,76 D @ 164°	SD: 0,04 D
ΔK: -1,74 D @ 72°		ΔTK: -1,90 D @ 74°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias relativas a mediciones

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

Firma

