

Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 24,29 mm

ACD: 3,22 mm

LT: 4,81 mm

WTW: 11,9 mm

SD: 12 μm

SD: 4 μm

SD: 13 μm

SE: 42,60 D

ΔK: -0,24 D @ 87°

TSE: 42,59 D

ΔTK: -0,39 D @ 91°

SD: 0,01 D

K1: 42,48 D @ 87°

SD: 0,03 D

TK1: 42,39 D @ 91°

K2: 42,72 D @ 177°

TK2: 42,79 D @ 1°

AL: 24,11 mm

ACD: 3,24 mm

LT: 4,87 mm

WTW: 12,1 mm (!)

SD: 10 μm

SD: 6 μm

SD: 16 μm

SE: 42,84 D

ΔK: -0,74 D @ 117°

TSE: 42,83 D

ΔTK: -0,94 D @ 112°

SD: 0,01 D

K1: 42,47 D @ 117°

SD: 0,03 D

TK1: 42,36 D @ 112°

K2: 43,21 D @ 27°

TK2: 43,30 D @ 22°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,81

+20,50 -0,46

+20,00 -0,12

+19,50 +0,22

+19,00 +0,56

+19,83 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+20,50 -0,62

+20,00 -0,27

+19,50 +0,07

+19,00 +0,41

+18,50 +0,75

+19,60 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,59

+20,50 -0,24

+20,00 +0,10

+19,50 +0,43

+19,00 +0,76

+20,14 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,75

+20,50 -0,40

+20,00 -0,06

+19,50 +0,28

+19,00 +0,62

+19,91 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,64

+20,50 -0,30

+20,00 +0,04

+19,50 +0,37

+19,00 +0,70

+20,06 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+21,00 -0,70

+20,50 -0,36

+20,00 -0,02

+19,50 +0,32

+19,00 +0,65

+19,98 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+21,50 -0,76

+21,00 -0,42

+20,50 -0,08

+20,00 +0,25

+19,50 +0,58

+20,38 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+21,50 -0,82

+21,00 -0,48

+20,50 -0,14

+20,00 +0,20

+19,50 +0,53

+20,29 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo	
●●				●●	
Estatus del ojo					
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano	
				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos					
AL: 24,29 mm ACD: 3,22 mm LT: 4,81 mm WTW: 11,9 mm		SD: 12 µm SD: 4 µm SD: 13 µm		AL: 24,11 mm ACD: 3,24 mm LT: 4,87 mm WTW: 12,1 mm (!)	
SE: 42,60 D ΔK: -0,24 D @ 87° TSE: 42,59 D ΔTK: -0,39 D @ 91°		SD: 0,01 D K1: 42,48 D @ 87° K2: 42,72 D @ 177° TK1: 42,39 D @ 91° TK2: 42,79 D @ 1°		SE: 42,84 D ΔK: -0,74 D @ 117° TSE: 42,83 D ΔTK: -0,94 D @ 112°	
SD: 0,03 D				SD: 0,01 D K1: 42,47 D @ 117° K2: 43,21 D @ 27° TK1: 42,36 D @ 112° TK2: 43,30 D @ 22°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	
- SRK®/T - Const. A: 119,20		- SRK®/T - Const. A: 119,20		- SRK®/T - Const. A: 119,20	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+21,00 -0,64		+21,00 -0,64		+21,50 -0,76	
+20,50 -0,30		+20,50 -0,30		+21,00 -0,42	
+20,00 +0,04		+20,00 +0,04		+20,50 -0,08	
+19,50 +0,37		+19,50 +0,37		+20,00 +0,25	
+19,00 +0,70		+19,00 +0,70		+19,50 +0,58	
+20,06 Emetropía		+20,06 Emetropía		+20,38 Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	
- SRK®/T - Const. A: 119,10		- SRK®/T - Const. A: 119,26		- SRK®/T - Const. A: 119,10	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+21,00 -0,72		+21,00 -0,59		+21,50 -0,85	
+20,50 -0,38		+20,50 -0,25		+21,00 -0,50	
+20,00 -0,04		+20,00 +0,08		+20,50 -0,16	
+19,50 +0,30		+19,50 +0,42		+20,00 +0,17	
+19,00 +0,63		+19,00 +0,74		+19,50 +0,51	
+19,94 Emetropía		+20,12 Emetropía		+20,26 Emetropía	
				+20,45 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD

derecho

OD

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

LVC: No tratado

Ref: ---

VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,29 mm

SD: 12 µm

WTW: 11,9 mm

lx: +0,3 mm

ly: +0,2 mm

CCT: 591 µm

SD: 4 µm

P: 2,6 mm

CW-Chord: 0,3 mm @ 289°

ACD: 3,22 mm

SD: 4 µm

LT: 4,81 mm

SD: 13 µm

SE: 42,60 D

SD: 0,01 D

TSE: 42,59 D

SD: 0,03 D

K1: 42,48 D @ 87°

SD: 0,02 D

TK1: 42,39 D @ 91°

SD: 0,02 D

K2: 42,72 D @ 177°

SD: 0,02 D

TK2: 42,79 D @ 1°

SD: 0,05 D

ΔK: -0,24 D @ 87°

ΔTK: -0,39 D @ 91°

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 24,11 mm
CCT: 581 µm
ACD: 3,24 mm
LT: 4,87 mm

SD: 10 µm
SD: 3 µm
SD: 6 µm
SD: 16 µm

WTW: 12,1 mm (!)
P: 3,1 mm

Ix: -0,5 mm
CW-Chord: 0,3 mm @ 246°

Iy: -0,2 mm

SE: 42,84 D
K1: 42,47 D @ 117°
K2: 43,21 D @ 27°
ΔK: -0,74 D @ 117°

SD: 0,01 D
SD: 0,01 D
SD: 0,01 D

TSE: 42,83 D
TK1: 42,36 D @ 112°
TK2: 43,30 D @ 22°
ΔTK: -0,94 D @ 112°

SD: 0,03 D
SD: 0,03 D
SD: 0,02 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 12:39 por Administrator. Página 4 de 4