

Paciente


BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,29 mm				SD: 12 µm				AL: 24,11 mm				SD: 10 µm			
ACD: 3,22 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,24 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,81 mm				SD: 13 µm				LT: 4,87 mm				SD: 16 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 12,1 mm (!)							
SE: 42,60 D				SD: 0,01 D				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,24 D @ 87°				K1: 42,48 D @ 87°				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
				K2: 42,72 D @ 177°				ΔK: -0,74 D @ 117°				K1: 42,47 D @ 117°			
TSE: 42,59 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,83 D				SD: 0,03 D			
ΔTK: -0,39 D @ 91°				TK1: 42,39 D @ 91°				ΔTK: -0,94 D @ 112°				TK1: 42,36 D @ 112°			
				TK2: 42,79 D @ 1°								TK2: 43,21 D @ 27°			
												TK1: 42,36 D @ 112°			
												TK2: 43,30 D @ 22°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179				A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,00 -0,64				+20,50 -0,57				+21,50 -0,79				+21,00 -0,72			
+20,50 -0,28				+20,00 -0,21				+21,00 -0,44				+20,50 -0,36			
+20,00 +0,07				+19,50 +0,15				+20,50 -0,08				+20,00 +0,00			
+19,50 +0,41				+19,00 +0,50				+20,00 +0,26				+19,50 +0,35			
+19,00 +0,75				+18,50 +0,85				+19,50 +0,61				+19,00 +0,70			
+20,10 Emetropía				+19,71 Emetropía				+20,38 Emetropía				+20,00 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208				A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,50 -0,71				+21,50 -0,78				+21,50 -0,53				+21,50 -0,57			
+21,00 -0,36				+21,00 -0,43				+21,00 -0,18				+21,00 -0,22			
+20,50 -0,02				+20,50 -0,08				+20,50 +0,16				+20,50 +0,12			
+20,00 +0,32				+20,00 +0,27				+20,00 +0,50				+20,00 +0,47			
+19,50 +0,66				+19,50 +0,61				+19,50 +0,84				+19,50 +0,80			
+20,47 Emetropía				+20,39 Emetropía				+20,74 Emetropía				+20,68 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente


BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,29 mm				SD: 12 µm				AL: 24,11 mm				SD: 10 µm			
ACD: 3,22 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,24 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,81 mm				SD: 13 µm				LT: 4,87 mm				SD: 16 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 12,1 mm (!)							
SE: 42,60 D				SD: 0,01 D				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,24 D @ 87°				K1: 42,48 D @ 87°				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
				K2: 42,72 D @ 177°				ΔK: -0,74 D @ 117°				K1: 42,47 D @ 117°			
TSE: 42,59 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,83 D				SD: 0,03 D			
TK1: 42,39 D @ 91°								TK1: 42,36 D @ 112°							
ΔTK: -0,39 D @ 91°				TK2: 42,79 D @ 1°				ΔTK: -0,94 D @ 112°				TK2: 43,30 D @ 22°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,00 -0,73				+21,00 -0,86				+21,50 -0,86				+21,00 -0,62			
+20,50 -0,37				+20,50 -0,50				+21,00 -0,50				+20,50 -0,26			
+20,00 -0,02				+20,00 -0,14				+20,50 -0,15				+20,00 +0,09			
+19,50 +0,33				+19,50 +0,21				+20,00 +0,20				+19,50 +0,44			
+19,00 +0,68				+19,00 +0,56				+19,50 +0,55				+19,00 +0,78			
+19,98 Emetropía				+19,80 Emetropía				+20,29 Emetropía				+20,13 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,50 -0,80				+21,00 -0,65				+21,50 -0,59				+21,50 -0,81			
+21,00 -0,45				+20,50 -0,30				+21,00 -0,24				+21,00 -0,46			
+20,50 -0,10				+20,00 +0,05				+20,50 +0,10				+20,50 -0,10			
+20,00 +0,25				+19,50 +0,40				+20,00 +0,44				+20,00 +0,25			
+19,50 +0,59				+19,00 +0,74				+19,50 +0,78				+19,50 +0,59			
+20,36 Emetropía				+20,07 Emetropía				+20,65 Emetropía				+20,35 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon


Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 24,29 mm CCT: 591 µm ACD: 3,22 mm LT: 4,81 mm		SD: 12 µm SD: 4 µm SD: 4 µm SD: 13 µm	
WTW: 11,9 mm P: 2,6 mm		Ix: +0,3 mm ly: +0,2 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 289°	
SE: 42,60 D K1: 42,48 D @ 87° K2: 42,72 D @ 177° ΔK: -0,24 D @ 87°		SD: 0,01 D SD: 0,02 D SD: 0,02 D	
TSE: 42,59 D TK1: 42,39 D @ 91° TK2: 42,79 D @ 1° ΔTK: -0,39 D @ 91°		SD: 0,03 D SD: 0,02 D SD: 0,05 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
-----------------------	------------------



Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 24,11 mm
CCT: 581 µm
ACD: 3,24 mm
LT: 4,87 mm

SD: 10 µm
SD: 3 µm
SD: 6 µm
SD: 16 µm

WTW: 12,1 mm (!)
P: 3,1 mm

lx: -0,5 mm
CW-Chord: 0,3 mm @ 246°

ly: -0,2 mm

SE: 42,84 D
K1: 42,47 D @ 117°
K2: 43,21 D @ 27°
ΔK: -0,74 D @ 117°

SD: 0,01 D
SD: 0,01 D
SD: 0,01 D

TSE: 42,83 D
TK1: 42,36 D @ 112°
TK2: 43,30 D @ 22°
ΔTK: -0,94 D @ 112°

SD: 0,03 D
SD: 0,03 D
SD: 0,02 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved