

Paciente

GATICA GALVEZ MARTA

Fecha de nacim. 12-03-1950 Sexo Femenino
ID del paciente 6486424-6
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 16-02-2024 de: Operator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 16-02-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Calculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,14 mm

ACD: 2,78 mm

LT: 4,84 mm

WTW: 11,7 mm

SD: 10 µm

SD: 6 µm

SD: 12 µm

SE: 43,63 D

ΔK: -0,28 D @ 0°

TSE: 43,80 D

ΔTK: ---

SD: 0,02 D

SD: 0,04 D

K1: 43,49 D @ 0°

K2: 43,77 D @ 90°

TK1: 43,80 D @ 0°

TK2: 43,80 D @ 90°

AL: 23,06 mm

ACD: 2,84 mm

LT: 4,77 mm

WTW: 11,8 mm

SD: 6 µm

SD: 7 µm

SD: 9 µm

SE: 44,11 D

ΔK: -0,29 D @ 169°

TSE: 44,33 D

ΔTK: -0,13 D @ 146°

SD: 0,02 D

SD: 0,03 D

K1: 43,97 D @ 169°

K2: 44,26 D @ 79°

TK1: 44,27 D @ 146°

TK2: 44,39 D @ 56°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,84

+23,00

-0,49

+22,50

-0,14

+22,00

+0,20

+21,50

+0,54

+22,29

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,68

+22,50

-0,33

+22,00

+0,02

+21,50

+0,36

+21,00

+0,70

+22,03

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,66

+22,50

-0,31

+22,00

+0,03

+21,50

+0,36

+21,00

+0,70

+22,04

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,85

+22,50

-0,50

+22,00

-0,15

+21,50

+0,19

+21,00

+0,53

+21,78

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,65

+23,00

-0,30

+22,50

+0,04

+22,00

+0,38

+21,50

+0,71

+22,56

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,71

+23,00

-0,37

+22,50

-0,02

+22,00

+0,31

+21,50

+0,65

+22,46

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,81

+23,00

-0,47

+22,50

-0,13

+22,00

+0,20

+21,50

+0,54

+22,31

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,54

+22,50

-0,20

+22,00

+0,14

+21,50

+0,48

+21,00

+0,81

+22,21

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 8:12 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

GATICA GALVEZ MARTA

Fecha de nacim. 12-03-1950 Sexo Femenino
ID del paciente 6486424-6
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 16-02-2024 de: Operator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 16-02-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,14 mm

SD: 10 μm

ACD: 2,78 mm

SD: 6 μm

LT: 4,84 mm

SD: 12 μm

WTW: 11,7 mm

SE: 43,63 D

SD: 0,02 D

K1: 43,49 D @ 0°

ΔK: -0,28 D @ 0°

TSE: 43,80 D

SD: 0,04 D

TK1: 43,80 D @ 0°

ΔTK: ---

TK2: 43,80 D @ 90°

AL: 23,06 mm

SD: 6 μm

ACD: 2,84 mm

SD: 7 μm

LT: 4,77 mm

SD: 9 μm

WTW: 11,8 mm

SE: 44,11 D

SD: 0,02 D

K1: 43,97 D @ 169°

ΔK: -0,29 D @ 169°

TSE: 44,33 D

SD: 0,03 D

TK1: 44,27 D @ 146°

ΔTK: -0,13 D @ 146°

TK2: 44,39 D @ 56°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,65

+23,00

-0,30

+22,50

+0,04

+22,00

+0,38

+21,50

+0,71

+22,56

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,65

+23,00

-0,30

+22,50

+0,04

+22,00

+0,38

+21,50

+0,71

+22,56

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,81

+23,00

-0,47

+22,50

-0,13

+22,00

+0,20

+21,50

+0,54

+22,31

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,81

+23,00

-0,47

+22,50

-0,13

+22,00

+0,20

+21,50

+0,54

+22,31

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,74

+23,00

-0,40

+22,50

-0,05

+22,00

+0,29

+21,50

+0,62

+22,42

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,59

+23,00

-0,25

+22,50

+0,09

+22,00

+0,43

+21,50

+0,76

+22,64

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,56

+22,50

-0,22

+22,00

+0,12

+21,50

+0,45

+21,00

+0,78

+22,17

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,76

+23,00

-0,41

+22,50

-0,08

+22,00

+0,26

+21,50

+0,59

+22,39

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 8:12 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

GATICA GALVEZ MARTA


Fecha de nacim. 12-03-1950
ID del paciente 6486424-6

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 16-02-2024 de: Operator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 16-02-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,14 mm CCT: 564 µm ACD: 2,78 mm LT: 4,84 mm		SD: 10 µm SD: 5 µm SD: 6 µm SD: 12 µm	
WTW: 11,7 mm P: 4,2 mm		Ix: +0,4 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,4 mm @ 154°	
SE: 43,63 D K1: 43,49 D @ 0° K2: 43,77 D @ 90° ΔK: -0,28 D @ 0°		SD: 0,02 D SD: 0,01 D SD: 0,03 D	
TSE: 43,80 D TK1: 43,80 D @ 0° TK2: 43,80 D @ 90° ΔTK: ---		SD: 0,04 D SD: 0,06 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

GATICA GALVEZ MARTA


Fecha de nacim. 12-03-1950
ID del paciente 6486424-6

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 16-02-2024 de: Operator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 16-02-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,06 mm
CCT: 566 µm
ACD: 2,84 mm
LT: 4,77 mm

SD: 6 µm
SD: 3 µm
SD: 7 µm
SD: 9 µm

WTW: 11,8 mm
P: 4,2 mm

lx: -0,4 mm
ly: -0,2 mm
CW-Chord: 0,1 mm @ 347°

SE: 44,11 D
K1: 43,97 D @ 169°
K2: 44,26 D @ 79°
ΔK: -0,29 D @ 169°

SD: 0,02 D
SD: 0,02 D
SD: 0,04 D

TSE: 44,33 D
TK1: 44,27 D @ 146°
TK2: 44,39 D @ 56°
ΔTK: -0,13 D @ 146°

SD: 0,03 D
SD: 0,06 D
SD: 0,07 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

