

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962 Sexo Femenino
ID del paciente 6507257-2

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 25,41 mm

ACD: 3,14 mm

LT: 4,26 mm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,24 D

ΔK: -4,60 D @ 6°

TSE: 43,25 D

ΔTK: -4,34 D @ 6°

SD: 11 μm

SD: 6 μm

SD: 8 μm

K1: 41,06 D @ 6°

K2: 45,66 D @ 96°

TK1: 41,19 D @ 6°

TK2: 45,53 D @ 96°

AL: 25,57 mm

ACD: 3,14 mm

LT: 4,25 mm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,52 D

ΔK: -4,09 D @ 174°

TSE: 43,52 D

ΔTK: -3,79 D @ 173°

SD: 9 μm

SD: 5 μm

SD: 9 μm

K1: 41,57 D @ 174°

K2: 45,66 D @ 84°

TK1: 41,71 D @ 173°

TK2: 45,49 D @ 83°

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,62

+16,00 -0,27

+15,50 +0,07

+15,00 +0,41

+14,50 +0,74

+15,60 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,53

+15,50 -0,18

+15,00 +0,17

+14,50 +0,51

+14,00 +0,85

+15,25 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,54

+15,00 -0,20

+14,50 +0,14

+14,00 +0,48

+13,50 +0,81

+14,71 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,79

+15,00 -0,44

+14,50 -0,09

+14,00 +0,26

+13,50 +0,60

+14,37 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,67

+16,50 -0,33

+16,00 +0,01

+15,50 +0,34

+15,00 +0,67

+16,01 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,81

+16,50 -0,47

+16,00 -0,13

+15,50 +0,21

+15,00 +0,54

+15,81 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,59

+15,50 -0,25

+15,00 +0,08

+14,50 +0,41

+14,00 +0,73

+15,12 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,74

+15,50 -0,40

+15,00 -0,06

+14,50 +0,27

+14,00 +0,60

+14,91 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 19:02 por Administrator. Página 1 de 5

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962 Sexo Femenino
ID del paciente 6507257-2

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 25,41 mm

SD: 11 µm

ACD: 3,14 mm

SD: 6 µm

LT: 4,26 mm

SD: 8 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,24 D

SD: 0,01 D

K1: 41,06 D @ 6°

ΔK: -4,60 D @ 6°

TSE: 43,25 D

SD: 0,04 D

TK1: 41,19 D @ 6°

ΔTK: -4,34 D @ 6°

AL: 25,57 mm

SD: 9 µm

ACD: 3,14 mm

SD: 5 µm

LT: 4,25 mm

SD: 9 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,52 D

SD: 0,01 D

K1: 41,57 D @174°

ΔK: -4,09 D @174°

TSE: 43,52 D

SD: 0,03 D

TK1: 41,71 D @173°

ΔTK: -3,79 D @173°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,79

+16,00 -0,44

+15,50 -0,09

+15,00 +0,25

+14,50 +0,59

+15,37 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,58

+15,50 -0,22

+15,00 +0,13

+14,50 +0,47

+14,00 +0,82

+15,18 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,72

+15,00 -0,37

+14,50 -0,02

+14,00 +0,32

+13,50 +0,66

+14,47 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,85

+15,00 -0,49

+14,50 -0,14

+14,00 +0,20

+13,50 +0,55

+14,30 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,82

+16,50 -0,48

+16,00 -0,14

+15,50 +0,20

+15,00 +0,53

+15,80 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,63

+16,00 -0,28

+15,50 +0,06

+15,00 +0,40

+14,50 +0,74

+15,59 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,75

+15,50 -0,41

+15,00 -0,07

+14,50 +0,26

+14,00 +0,59

+14,89 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,55

+15,00 -0,20

+14,50 +0,14

+14,00 +0,47

+13,50 +0,80

+14,70 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 19:02 por Administrator. Página 2 de 5

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 25.41 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -4.60 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 25,41 mm SD: 11 µm WTW: 12,2 mm lx: +0,5 mm ly: +0,1 mm
CCT: 555 µm SD: 3 µm P: 4,3 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 215°
ACD: 3,14 mm SD: 6 µm
LT: 4,26 mm SD: 8 µm

SE: 43,24 D	SD: 0,01 D	TSE: 43,25 D	SD: 0,04 D
K1: 41,06 D @ 6°	SD: 0,01 D	TK1: 41,19 D @ 6°	SD: 0,01 D
K2: 45,66 D @ 96°	SD: 0,02 D	TK2: 45,53 D @ 96°	SD: 0,07 D
ΔK: -4,60 D @ 6°		ΔTK: -4,34 D @ 6°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.57 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro del ojo izquierdo -4.09 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 25,57 mm SD: 9 µm WTW: 11,9 mm lx: -0,6 mm ly: +0,1 mm
CCT: 550 µm SD: 3 µm P: 3,5 mm CW-Chord: 0,4 mm @ 332°
ACD: 3,14 mm SD: 5 µm
LT: 4,25 mm SD: 9 µm

SE: 43,52 D	SD: 0,01 D	TSE: 43,52 D	SD: 0,03 D
K1: 41,57 D @ 174°	SD: 0,02 D	TK1: 41,71 D @ 173°	SD: 0,02 D
K2: 45,66 D @ 84°	SD: 0,02 D	TK2: 45,49 D @ 83°	SD: 0,05 D
ΔK: -4,09 D @ 174°		ΔTK: -3,79 D @ 173°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -4.60 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.57 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Cilindro del ojo izquierdo -4.09 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

Firma

