

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963 Sexo Masculino  
ID del paciente 8920461-5

IOPA LOS LEONES  
TECNOLOGIA MEDICA  
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA  
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar  
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)  
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,29 mm

SD: 10 µm

ACD: 2,69 mm

SD: 4 µm

LT: 5,08 mm

SD: 5 µm

WTW: 12,6 mm

SE: 43,39 D

SD: 0,02 D

K1: 42,97 D @ 179°

ΔK: -0,84 D @ 179°

TSE: 43,58 D

SD: 0,02 D

TK1: 43,16 D @ 179°

ΔTK: -0,83 D @ 179°

AL: 23,24 mm

SD: 12 µm

ACD: 2,59 mm

SD: 6 µm

LT: 5,21 mm

SD: 37 µm

WTW: 12,5 mm

SE: 43,65 D

SD: 0,03 D

K1: 43,06 D @ 1°

ΔK: -1,20 D @ 1°

TSE: 43,90 D

SD: 0,10 D

TK1: 43,29 D @ 2°

ΔTK: -1,22 D @ 2°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,65

+22,50

-0,30

+22,00

+0,05

+21,50

+0,39

+21,00

+0,72

+22,07

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,83

+22,50

-0,48

+22,00

-0,13

+21,50

+0,22

+21,00

+0,56

+21,81

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,72

+22,50

-0,37

+22,00

-0,03

+21,50

+0,31

+21,00

+0,64

+21,96

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+22,50

-0,56

+22,00

-0,21

+21,50

+0,14

+21,00

+0,48

+20,50

+0,81

+21,70

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,81

+23,00

-0,46

+22,50

-0,12

+22,00

+0,22

+21,50

+0,56

+22,33

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,52

+22,50

-0,18

+22,00

+0,16

+21,50

+0,50

+21,00

+0,83

+22,24

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,53

+22,50

-0,19

+22,00

+0,15

+21,50

+0,48

+21,00

+0,81

+22,22

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,60

+22,50

-0,26

+22,00

+0,08

+21,50

+0,42

+21,00

+0,75

+22,12

Emetropía

(!) Valor marginal

(\*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700      Versión 1.88.1.64861      Fue impreso el 03-07-2024 15:27 por Administrator.      Página 1 de 4

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963  
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES  
TECNOLOGIA MEDICA  
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA  
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024  
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator  
n: 1,3375

Resultado: Aceptar  
CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)  
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica  
Ref: ---  
LVC: No tratado  
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo  
VA: ---  
Modo LVC: -  
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica  
Ref: ---  
LVC: No tratado  
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo  
VA: ---  
Modo LVC: -  
SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,29 mm  
ACD: 2,69 mm  
LT: 5,08 mm  
WTW: 12,6 mm  
SE: 43,39 D  
ΔK: -0,84 D @ 179°  
TSE: 43,58 D  
ΔTK: -0,83 D @ 179°

SD: 10 μm  
SD: 4 μm  
SD: 5 μm  
SD: 0,02 D  
SD: 0,02 D

K1: 42,97 D @ 179°  
K2: 43,82 D @ 89°  
TK1: 43,16 D @ 179°  
TK2: 43,99 D @ 89°

AL: 23,24 mm  
ACD: 2,59 mm  
LT: 5,21 mm  
WTW: 12,5 mm  
SE: 43,65 D  
ΔK: -1,20 D @ 1°  
TSE: 43,90 D  
ΔTK: -1,22 D @ 2°

SD: 12 μm  
SD: 6 μm  
SD: 37 μm  
SD: 0,03 D  
SD: 0,10 D

K1: 43,06 D @ 1°  
K2: 44,26 D @ 91°  
TK1: 43,29 D @ 2°  
TK2: 44,52 D @ 92°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -  
Const. A: 119,20  
IOL (D) Ref (D)  
+23,50 -0,81  
+23,00 -0,46  
+22,50 -0,12  
+22,00 +0,22  
+21,50 +0,56  
+22,33 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -  
Const. A: 119,20  
IOL (D) Ref (D)  
+23,50 -0,81  
+23,00 -0,46  
+22,50 -0,12  
+22,00 +0,22  
+21,50 +0,56  
+22,33 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -  
Const. A: 119,20  
IOL (D) Ref (D)  
+23,00 -0,53  
+22,50 -0,19  
+22,00 +0,15  
+21,50 +0,48  
+21,00 +0,81  
+22,22 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -  
Const. A: 119,20  
IOL (D) Ref (D)  
+23,00 -0,53  
+22,50 -0,19  
+22,00 +0,15  
+21,50 +0,48  
+21,00 +0,81  
+22,22 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN  
W0TX (2-9)  
- SRK®/T -  
Const. A: 119,10  
IOL (D) Ref (D)  
+23,00 -0,55  
+22,50 -0,21  
+22,00 +0,14  
+21,50 +0,47  
+21,00 +0,81  
+22,20 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE  
- SRK®/T -  
Const. A: 119,26  
IOL (D) Ref (D)  
+23,50 -0,75  
+23,00 -0,40  
+22,50 -0,06  
+22,00 +0,28  
+21,50 +0,61  
+22,41 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN  
W0TX (2-9)  
- SRK®/T -  
Const. A: 119,10  
IOL (D) Ref (D)  
+23,00 -0,63  
+22,50 -0,28  
+22,00 +0,06  
+21,50 +0,40  
+21,00 +0,73  
+22,09 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE  
- SRK®/T -  
Const. A: 119,26  
IOL (D) Ref (D)  
+23,50 -0,82  
+23,00 -0,48  
+22,50 -0,14  
+22,00 +0,20  
+21,50 +0,53  
+22,30 Emetropía

(!) Valor marginal

(\*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700      Versión 1.88.1.64861      Fue impreso el 03-07-2024 15:27 por Administrator.      Página 2 de 4

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO


Fecha de nacim. 09-02-1963  
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon      Operador Administrator

IOPA LOS LEONES  
TECNOLOGIA MEDICA  
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA  
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024      de: Administrator      Resultado: Aceptar  
Fecha de la medición: 03-07-2024      n: 1,3375      CVD: 12,00 mm



|                         |            |                             |                            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>OD</b><br>derecho    |            | <b>Análisis</b>             |                            |
| Estatus del ojo         |            |                             |                            |
| LS: Fáquica<br>Ref: --- |            | VS: Humor vítreo<br>VA: --- | LVC: No tratado            |
| Valores biométricos     |            |                             |                            |
| AL: 23,29 mm            | SD: 10 µm  | WTW: 12,6 mm                | Ix: +0,3 mm    Iy: +0,0 mm |
| CCT: 546 µm             | SD: 3 µm   | P: 4,3 mm                   | CW-Chord: 0,2 mm @ 182°    |
| ACD: 2,69 mm            | SD: 4 µm   |                             |                            |
| LT: 5,08 mm             | SD: 5 µm   |                             |                            |
| SE: 43,39 D             | SD: 0,02 D | TSE: 43,58 D                | SD: 0,02 D                 |
| K1: 42,97 D @ 179°      | SD: 0,02 D | TK1: 43,16 D @ 179°         | SD: 0,03 D                 |
| K2: 43,82 D @ 89°       | SD: 0,02 D | TK2: 43,99 D @ 89°          | SD: 0,02 D                 |
| ΔK: -0,84 D @ 179°      |            | ΔTK: -0,83 D @ 179°         |                            |
| Scan B                  |            |                             |                            |
|                         |            |                             |                            |
| Queratometría           |            | Blanco a blanco             | Fijación                   |
|                         |            |                             |                            |

(!) Valor marginal      (\*) Valor editado manualmente      --- No se ha medido valores

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Comentario</b> | <b>Firma</b> |
| <div></div>       | <div></div>  |



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963  
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES  
TECNOLOGIA MEDICA  
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA  
28760900Fecha verif. calibración: 03-07-2024  
Fecha de la medición: 03-07-2024de: Administrator  
n: 1,3375Resultado: Aceptar  
CVD: 12,00 mm

## Análisis

OS  
izquierdo

## Estatus del ojo

LS: Fáquica  
Ref: ---VS: Humor vítreo  
VA: ---


LVC: No tratado

## Valores biométricos

|              |           |              |                       |             |
|--------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|
| AL: 23,24 mm | SD: 12 µm | WTW: 12,5 mm | Ix: -0,4 mm           | Iy: -0,1 mm |
| CCT: 533 µm  | SD: 3 µm  | P: 3,8 mm    | CW-Chord: 0,3 mm @ 2° |             |
| ACD: 2,59 mm | SD: 6 µm  |              |                       |             |
| LT: 5,21 mm  | SD: 37 µm |              |                       |             |

|                   |            |                    |            |
|-------------------|------------|--------------------|------------|
| SE: 43,65 D       | SD: 0,03 D | TSE: 43,90 D       | SD: 0,10 D |
| K1: 43,06 D @ 1°  | SD: 0,03 D | TK1: 43,29 D @ 2°  | SD: 0,08 D |
| K2: 44,26 D @ 91° | SD: 0,04 D | TK2: 44,52 D @ 92° | SD: 0,11 D |
| ΔK: -1,20 D @ 1°  |            | ΔTK: -1,22 D @ 2°  |            |


## Scan B



## Queratometría

## Blanco a blanco

## Fijación



(!) Valor marginal

(\*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

