

Paciente


CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963 Sexo Masculino
ID del paciente 8920461-5

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,29 mm				SD: 10 µm				AL: 23,24 mm				SD: 12 µm			
ACD: 2,69 mm				SD: 4 µm				ACD: 2,59 mm				SD: 6 µm			
LT: 5,08 mm				SD: 5 µm				LT: 5,21 mm				SD: 37 µm			
WTW: 12,6 mm								WTW: 12,5 mm							
SE: 43,39 D				SD: 0,02 D				SE: 43,65 D				SD: 0,03 D			
ΔK: -0,84 D @179°				K1: 42,97 D @179°				ΔK: -1,20 D @ 1°				K1: 43,06 D @ 1°			
				K2: 43,82 D @ 89°								K2: 44,26 D @ 91°			
TSE: 43,58 D				SD: 0,02 D				TSE: 43,90 D				SD: 0,10 D			
ΔTK: -0,83 D @179°				TK1: 43,16 D @179°				ΔTK: -1,22 D @ 2°				TK1: 43,29 D @ 2°			
				TK2: 43,99 D @ 89°								TK2: 44,52 D @ 92°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179				A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+23,00 -0,61				+23,00 -0,89				+23,00 -0,77				+22,50 -0,69			
+22,50 -0,25				+22,50 -0,52				+22,50 -0,41				+22,00 -0,32			
+22,00 +0,11				+22,00 -0,16				+22,00 -0,05				+21,50 +0,04			
+21,50 +0,46				+21,50 +0,20				+21,50 +0,30				+21,00 +0,40			
+21,00 +0,81				+21,00 +0,56				+21,00 +0,65				+20,50 +0,75			
+22,16 Emetropía				+21,78 Emetropía				+21,93 Emetropía				+21,56 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208				A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+23,50 -0,76				+23,50 -0,69				+23,00 -0,56				+23,50 -0,85			
+23,00 -0,40				+23,00 -0,33				+22,50 -0,21				+23,00 -0,49			
+22,50 -0,04				+22,50 +0,02				+22,00 +0,14				+22,50 -0,14			
+22,00 +0,31				+22,00 +0,37				+21,50 +0,49				+22,00 +0,21			
+21,50 +0,65				+21,50 +0,71				+21,00 +0,84				+21,50 +0,56			
+22,44 Emetropía				+22,53 Emetropía				+22,20 Emetropía				+22,30 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		OS izquierdo	
Cálculo de IOL			
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano	
Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos			
AL: 23,29 mm ACD: 2,69 mm LT: 5,08 mm WTW: 12,6 mm SE: 43,39 D ΔK: -0,84 D @ 179° TSE: 43,58 D ΔTK: -0,83 D @ 179°		AL: 23,24 mm ACD: 2,59 mm LT: 5,21 mm WTW: 12,5 mm SE: 43,65 D ΔK: -1,20 D @ 1° TSE: 43,90 D ΔTK: -1,22 D @ 2°	
SD: 10 μm SD: 4 μm SD: 5 μm		SD: 12 μm SD: 6 μm SD: 37 μm	
K1: 42,97 D @ 179° K2: 43,82 D @ 89° TK1: 43,16 D @ 179° TK2: 43,99 D @ 89°		K1: 43,06 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TK1: 43,29 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0	K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0
- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,56 +22,50 -0,20 +22,00 +0,15 +21,50 +0,50 +21,00 +0,85 +22,22 Emetropía		- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,81 +22,50 -0,45 +22,00 -0,09 +21,50 +0,27 +21,00 +0,63 +21,88 Emetropía	
- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,72 +22,50 -0,36 +22,00 +0,00 +21,50 +0,35 +21,00 +0,70 +22,00 Emetropía		- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100 IOL (D) Ref (D) +22,50 -0,63 +22,00 -0,26 +21,50 +0,10 +21,00 +0,45 +20,50 +0,81 +21,64 Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	K Alcon AcrySof MA60AC	K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	K Alcon AcrySof MA60AC
- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211 IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,72 +23,00 -0,36 +22,50 -0,01 +22,00 +0,34 +21,50 +0,69 +22,49 Emetropía		- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205 IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,78 +23,00 -0,42 +22,50 -0,07 +22,00 +0,28 +21,50 +0,63 +22,40 Emetropía	
- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211 IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,88 +23,00 -0,52 +22,50 -0,16 +22,00 +0,19 +21,50 +0,54 +22,27 Emetropía		- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,56 +22,50 -0,20 +22,00 +0,15 +21,50 +0,50 +21,00 +0,85 +22,22 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO


Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 23,29 mm	SD: 10 µm	WTW: 12,6 mm	Ix: +0,3 mm ly: +0,0 mm
CCT: 546 µm	SD: 3 µm	P: 4,3 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 182°
ACD: 2,69 mm	SD: 4 µm		
LT: 5,08 mm	SD: 5 µm		
SE: 43,39 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,58 D	SD: 0,02 D
K1: 42,97 D @ 179°	SD: 0,02 D	TK1: 43,16 D @ 179°	SD: 0,03 D
K2: 43,82 D @ 89°	SD: 0,02 D	TK2: 43,99 D @ 89°	SD: 0,02 D
ΔK: -0,84 D @ 179°		ΔTK: -0,83 D @ 179°	
Scan B			
Queratometría	Blanco a blanco	Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024de: Administrator
n: 1,3375Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,24 mm	SD: 12 µm	WTW: 12,5 mm	Ix: -0,4 mm	Iy: -0,1 mm
CCT: 533 µm	SD: 3 µm	P: 3,8 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 2°	
ACD: 2,59 mm	SD: 6 µm			
LT: 5,21 mm	SD: 37 µm			

SE: 43,65 D	SD: 0,03 D	TSE: 43,90 D	SD: 0,10 D
K1: 43,06 D @ 1°	SD: 0,03 D	TK1: 43,29 D @ 2°	SD: 0,08 D
K2: 44,26 D @ 91°	SD: 0,04 D	TK2: 44,52 D @ 92°	SD: 0,11 D
ΔK: -1,20 D @ 1°		ΔTK: -1,22 D @ 2°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

