

Paciente

ACEVEDO ALBORNOZ ALICIA

Fecha de nacim. 18-01-1961 Sexo Femenino
ID del paciente 8963695-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 22,92 mm

SD: 18 µm

ACD: 3,06 mm

SD: 4 µm

LT: 4,31 mm

SD: 6 µm

WTW: 11,6 mm

SE: 42,62 D

SD: 0,01 D

K1: 42,26 D @ 168°

ΔK: -0,72 D @ 168°

TSE: 42,71 D

SD: 0,07 D

TK1: 42,34 D @ 165°

ΔTK: -0,75 D @ 165°

AL: 22,76 mm

SD: 11 µm

ACD: 2,80 mm

SD: 6 µm

LT: 4,66 mm

SD: 11 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,09 D

SD: 0,02 D

K1: 42,74 D @ 31°

ΔK: -0,69 D @ 31°

TSE: 43,22 D

SD: 0,05 D

TK1: 42,86 D @ 32°

ΔTK: -0,74 D @ 32°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,66

+24,50

-0,30

+24,00

+0,05

+23,50

+0,40

+23,00

+0,75

+24,08

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,87

+24,50

-0,50

+24,00

-0,14

+23,50

+0,21

+23,00

+0,56

+23,80

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,62

+24,50

-0,26

+24,00

+0,09

+23,50

+0,44

+23,00

+0,78

+24,13

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,83

+24,50

-0,47

+24,00

-0,11

+23,50

+0,24

+23,00

+0,59

+23,85

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,81

+25,00

-0,45

+24,50

-0,10

+24,00

+0,25

+23,50

+0,59

+24,36

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,88

+25,00

-0,52

+24,50

-0,17

+24,00

+0,18

+23,50

+0,53

+24,26

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,76

+25,00

-0,41

+24,50

-0,06

+24,00

+0,29

+23,50

+0,63

+24,41

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,84

+25,00

-0,48

+24,50

-0,13

+24,00

+0,22

+23,50

+0,56

+24,31

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 14:21 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

ACEVEDO ALBORNOZ ALICIA

Fecha de nacim. 18-01-1961 Sexo Femenino
ID del paciente 8963695-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 22,92 mm

SD: 18 µm

ACD: 3,06 mm

SD: 4 µm

LT: 4,31 mm

SD: 6 µm

WTW: 11,6 mm

SE: 42,62 D

SD: 0,01 D

K1: 42,26 D @ 168°

ΔK: -0,72 D @ 168°

TSE: 42,71 D

SD: 0,07 D

TK1: 42,34 D @ 165°

ΔTK: -0,75 D @ 165°

AL: 22,76 mm

SD: 11 µm

ACD: 2,80 mm

SD: 6 µm

LT: 4,66 mm

SD: 11 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,09 D

SD: 0,02 D

K1: 42,74 D @ 31°

ΔK: -0,69 D @ 31°

TSE: 43,22 D

SD: 0,05 D

TK1: 42,86 D @ 32°

ΔTK: -0,74 D @ 32°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,81

+25,00

-0,45

+24,50

-0,10

+24,00

+0,25

+23,50

+0,59

+24,36

Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,81

+25,00

-0,45

+24,50

-0,10

+24,00

+0,25

+23,50

+0,59

+24,36

Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,76

+25,00

-0,41

+24,50

-0,06

+24,00

+0,29

+23,50

+0,63

+24,41

Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,76

+25,00

-0,41

+24,50

-0,06

+24,00

+0,29

+23,50

+0,63

+24,41

Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,55

+24,50

-0,20

+24,00

+0,15

+23,50

+0,50

+23,00

+0,84

+24,22

Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,74

+25,00

-0,39

+24,50

-0,04

+24,00

+0,31

+23,50

+0,65

+24,44

Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,87

+25,00

-0,51

+24,50

-0,16

+24,00

+0,19

+23,50

+0,53

+24,27

Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+25,50

-0,70

+25,00

-0,35

+24,50

+0,00

+24,00

+0,34

+23,50

+0,68

+24,50

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 14:21 por Administrator. Página 2 de 4

Fecha de nacim.
ID del paciente

18-01-1961
8963695-7

Sexo

Femenino

Médico

Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024


de: Administrator

Resultado: Aceptar

Fecha de la medición: 03-07-2024

n: 1,3375

CVD: 12,00 mm



OD

derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

LVC: No tratado

Ref: ---

VA: ---

Valores biométricos

AL: 22,92 mm

SD: 18 µm

WTW: 11,6 mm

lx: +0,6 mm

ly: +0,1 mm

CCT: 527 µm

SD: 4 µm

P: 3,4 mm

CW-Chord: 0,2 mm @ 179°

ACD: 3,06 mm

SD: 4 µm

LT: 4,31 mm

SD: 6 µm

SE: 42,62 D

SD: 0,01 D

K1: 42,26 D @ 168°

SD: 0,02 D

K2: 42,98 D @ 78°

SD: 0,01 D

ΔK: -0,72 D @ 168°

TSE: 42,71 D

SD: 0,07 D

TK1: 42,34 D @ 165°

SD: 0,08 D

TK2: 43,09 D @ 75°

SD: 0,07 D

ΔTK: -0,75 D @ 165°

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ACEVEDO ALBORNOZ ALICIA

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Operator Administrator

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo


Estatus del ojo

LVC: No tratado

Valores biométricos

SE: 43,09 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,22 D	SD: 0,05 D
K1: 42,74 D @ 31°	SD: 0,03 D	TK1: 42,86 D @ 32°	SD: 0,06 D
K2: 43,43 D @ 121°	SD: 0,02 D	TK2: 43,60 D @ 122°	SD: 0,06 D
ΔK: -0,69 D @ 31°		ΔTK: -0,74 D @ 32°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

